

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 20 июля 2021 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ННТКЕНJK-J-GHTsDzB-21/17

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ННТКЕНJK-J-GHTsDzB-21/17, организованной с целью приобретения услуг по ремонту и хранению измерительных приборов для нужд ЗАО «Джрар», ниже представляет запросы, полученный 20-го июля 2021 года и предоставленное 20-го июля 2021 года по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1. Уточните, должен ли ультразвуковой уровнемер Vegason 62 или аналог, упомянутый в пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 и 1.10 приглашения, быть предоставлен участником торгов или предоставлен заказчиком.

Разъяснение № 1. Ультразвуковые уровнемер Vegason 62 или аналог, указанные в пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 и 1.10 приглашения, предоставляются Заказчиком.

Запрос № 2 Учитываются ли при выборе места размещения расходомеров особенности установки ультразвуковых расходомеров: прямые, полностью заполненные, открытые со всех сторон?

Разъяснение № 2 При выборе места установки расходомеров учитывались особенности установки ультразвуковых расходомеров: прямой, полностью заполненный, открытый со всех сторон.

Запрос № 3 Есть ли обозначенные места, связанные с установкой металлических колодцев, нужно ли проведение дополнительных строительных работ?

Разъяснение № 3 Металлические колодцы и колодцы (водохранилище Манташ) должны быть расположены в специально отведенных местах и необходимы дополнительные строительные работы.

Запрос № 4 Обеспечено ли электропитание, необходимое для установки расходомеров или нет?

Разъяснение № 4 Необходимое электроснабжение для установки расходомеров не предусмотрено только на территории Гегардальского водохранилища, здесь электроснабжение планируется от солнечной батареи.

Запрос № 5 Просьба уточнить и разъяснить, что подразумевает указано в техническом описании: «Услуга предоставляется по запросу Заказчика по мере необходимости».

Разъяснение № 5 Фраза «услуга предоставляется по запросу Заказчика» подразумевает, что услуги, предоставляемые по приглашению, необходимо будет оказывать не все сразу, а постепенно, с учетом как технической возможности вмешательства в объект в данном периоде оросительного сезона, заполненность труб или целесообразность их слива, так и финансовые возможности Компании.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии процедуры под кодом ННТКЕНJK-J-GHTsDzB-21/17 К. Барсегяну.

Телефон: 012 74 00 77

Электронная почта: «sevan_hr.gnum@mail.ru»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ННТКЕНJK-J-GHTsDzB-21/17.