

Արձանագրություն N 2

Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«28» «Հունիսի» 2023թ.
ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ
Հանձնաժողովի անդամներ

Հանձնաժողովի քարտուղար
Բացակայում էր՝ Հ. Խուրշուդյանը

Ե. Էլիբեկյան
Վ. Վահանյան, Ա. Գևորգյան, Ա. Գրիգորյան

Հ. Սարգսյան

1. Գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ 01.06.23թ. հրապարակվել է հրավեր էլեկտրոնային աճուրդ համակարգում: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2023 թվականի հունիսի 13-ին, ժամը 12:00-ին, իսկ հակադարձ աճուրդի մեկնարկը՝ 2023 թվականի հունիսի 14-ին ժամը 12:00-ին: 2023 թվականի հունիսի 15-ին ժամը 14:00-ին գնահատող հանձնաժողովը հրավիրել է նիստ՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը բացելու նպատակով:

Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Կազմակերպության էլ. հասցե	Կազմակերպության ՀՎՀՀ
1	«Աննարկա» ՍՊԸ	yesargsyan@yahoo.com	02656691
2	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ	lawyer@c-e.am	0120095
3	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ		02621803
4	«Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ	tenders@margpharma.com	00842845
5	«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ		00120301
6	«Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ		00471216
7	«Յունիմեդ» հայ-ռուսական ՀՁ ՍՊԸ		01806887
8	Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱՁ		26587114
9	«Դիավանտ» ՍՊԸ		00255375
10	«Մեդթրեյդ»	info@medtrade.am	00220168
11	«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ	natalipharm@bk.ru	01222567

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Տվյալներ՝ բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարներում առկա են անհամապատասխանություններ՝ թե հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասով, թե հրավերի պահանջների մասով: Հրավերով պահանջվող հայտի ապահովումների մասով մերժվում է «Մեդթրեյդ» ՍՊԸ-ի հայտը՝ հայտի ապահովման բացակայության պատճառով՝ հիմք ընդունելով ՀՀ

Կառավորության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջներով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ՝ ծրարների կազմման և ներկայացման հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները կազմված են հրավերի պահանջներին ոչ համապատասխան: Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հայտերի գնահատումը և հնարավորություն տալ շտկել մասնակիցներին առձանագրված անհամապատասխանությունները և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի միջոցով ծանուցել է մասնակիցներին շտկման մասին: Ստորև ներկայացվում է գնահատող հանձնաժողովի կողմից կազմված շտկման ծանուցումները՝ ըստ մասնակիցների.

«Աննարկա» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (տեխնիկական բնութագիրը) մասնավորապես՝ չափաբաժին 1-ի համար նշել հստակ ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը՝ ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան, առանց թարգմանության, ինչպես նաև ներկայացնել տեխնիկական բնութագրի հստակ չափանիշները բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները և շտկված հստակեցված տարբերակները ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

«Դիավանտ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել՝ հրավերի պահանջներով Հավելված 1-ի՝ դիմում-հայտարարությունում նշել էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինչպես նաև 1-ին ենթակետից առաջ բացակայում են «իրեն փոխկապակցված անձինք» բառերը, խնդրում ենք շտկել և շտկված տարբերակը ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ: Ինչպես նաև շտկել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (տեխնիկական բնութագիրը) մասնավորապես՝ չափաբաժին 2-ի համար նշել հստակ ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը՝ ուղեկցող փաստաթղթերին համապատասխան, առանց թարգմանության, ինչպես նաև ներկայացնել տեխնիկական բնութագրի հստակ չափանիշները բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները և շտկված հստակեցված տարբերակները ևս ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

«Թեոֆարմա Իմպորտ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել՝ հրավերի պահանջներով Հավելված 1-ի՝ դիմում-հայտարարությունում նշել էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինչպես նաև 1-ին ենթակետից առաջ բացակայում են «իրեն փոխկապակցված անձինք» բառերը, խնդրում ենք շտկել և շտկված տարբերակը ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ: Կարիք կա շտկելու նաև 3-րդ և 7-րդ չափաբաժինների համար Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքներիի ամբողջական նկարագրերը (տեխնիկական բնութագրերը)՝ շտկել և հստակեցնել՝ նշել առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական չափանիշները, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները և շտկված հստակեցված տարբերակները ևս ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

«Պրոֆտեստ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել՝ հրավերի պահանջներով Հավելված 1-ի՝ դիմում-հայտարարությունում նշել էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինչպես նաև 1-ին ենթակետից առաջ բացակայում են «իրեն փոխկապակցված անձինք» բառերը, խնդրում ենք շտկել և շտկված տարբերակը ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ: Կարիք կա շտկելու նաև 6-րդ չափաբաժնի Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում տեխնիկական բնութագիրը՝ շտկել և հստակեցնել առաջարկվող ապրանքի հստակ տեխնիկական չափանիշները, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները և շտկված հստակեցված տարբերակը ևս ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ:

«Էլեն Ավետյան» ԱԶ

Հարգելի մասնակից:

«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/32» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել՝ հրավերի պահանջներով Հավելված 1-ի՝ դիմում-հայտարարությունում նշել էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինչպես նաև 1-ին ենթակետից առաջ բացակայում են «իրեն փոխկապակցված անձինք» բառերը, խնդրում ենք շտկել և շտկված տարբերակը ներբեռնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգ: Կարիք կա շտկելու նաև 5-րդ չափաբաժնի Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը (տեխնիկական բնութագիրը) մասնավորապես՝

1. Ձեր կողմից առաջարկվող լապորոսկոպ համակարգի 1) էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկի, 2) բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրի, 3) ինսուֆլատորի և 4) ներծծող և իրիգացիոն պոմպի՝ բոլոր 4 ռափանիշների համար գնման ընթացակարգի հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում եղել է պահանջ ներկայացնելու MDSAP կամ համարժեք սերտիֆիկատի առկայությունը, սակայն Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում բացակայում է նշված սերտիֆիկատի առկայությունը, խնդրում ենք շտկել առձանագրված անհամապատասխանությունը՝ հրավերով պահանջվել է 3 սերտիֆիկատների առկայություն՝ 1) ISO13485 կամ համարժեք, 2) MDSAP կամ համարժեք, 3) CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք,

սակայն Ձեր կողմից ներկայացվել է 2 սերտիֆիկատների առկայությունը, բացակայում է MDSAP կամ համարժեքը:

2. Գնահատող հանձնաժողովը կողմից Ձեր կողմից ներկայացնող ապրանքի արտադրողի պաշտոնական կայքում արձանագրել է, որ ինսուֆլացման հոսքը 0-40 լ/րոպե է, իսկ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում ինսուֆլացման հոսքը 1-45 լ/րոպե է, խնդրում ենք հաստատել 1-45 լ/րոպե միջակայքի առկայությունը:
3. Գնահատող հանձնաժողովը կողմից Ձեր կողմից ներկայացնող ապրանքի արտադրողի պաշտոնական կայքում արձանագրել է նաև, որ կացակայում է տեղեկատվություն էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկի կարմիր-դեղին տարացքում գույնի ճշգրտման հնարավորության առկայության վերաբերյալ, իսկ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրում ներկայացված է նշված հնարավորության առկայությունը, խնդրում ենք ևս հաստատել:


Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Ե. Էլիբեկյան

Անդամներ՝



Վ. Վահանյան




Ա. Գրիգորյան



Ա. Գրիգորյան

Քարտուղար՝



Տ. Սարգսյան