

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ /շտկված/

ԳԿԲԿ-ԳՅԱՊՁԲ-23/11-2 պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված
<<Մեթիլցեյուրոզային վիսկոէլաստիկ լուծույթի>> հանրային հասկողության

22.06.2023թ. իրականացվել է ԳԿԲԿ-ԳՅԱՊՁԲ-23/11-2 պայմանագրի շրջանակներում մատակարարված <<Մեթիլցեյուրոզային վիսկոէլաստիկ լուծույթի>> հանրային հասկողություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ մատակարարված ապրանքի որոշ տեխնիկական տվյալներ չէին համապատասխանում մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին, մասնավորապես՝

- բացակայում է քիմիական բաղադրության մի մասի վերաբերյալ տեղեկությունը
- միջին մոլեկուլյար զանգվածը
- մածուցիկությունը
- PH-ը
- պահպանման ջերմաստիճանը

Նշված անհամապատասխանությունների պատճառով տվել են բացասական եզրակացություն:

Համաձայն Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի, <<Գավառի ԲԿ>> ՓԲԸ ստացված դիրբորոշումները քննարկել է՝ գործընթացին մասնակից դարձնելով նաև պայմանագրի կողմին, որն էլ գրավոր ներկայացրել է իր դիրբորոշումը մասնավորապես՝

1. Մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է, որ միջին մոլեկուլյար զանգվածը լինի **86,000 դալտոն**, իսկ մատակարարված ապրանքի մոլեկուլյար զանգվածը **80,000-100,000 դալտոն է**:
2. Մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է, որ **մածուցիկությունը 27°C պայմաններում լինի 3000 - 4500 mPa.s**, իսկ մատակարարված ապրանքի ներդիր թերթիկում նշված է **2500-5000 cps**, ինչը նշանակում է որ մատակարարված վիսկոէլաստիկի մածուցիկությունը համապատասխանում է մրցույթի պայմաններին և պահանջված առավելագույն շեմից բարձր է:
3. Մրցույթի հրավերի տեխնիկական բնութագրով պահանջվում է, որ **PH-ը լինի Ph`6.8- 7.6**, իսկ մատակարարված ապրանքի ներդիր թերթիկում նշված է **Ph 6.0-7.8**, ինչը նշանակում է որ մատակարարված վիսկոէլաստիկի PH-ը պահանջված սահմաններին համապատասխանում է:

Ուստի այժմյան եղանակային բարենպաստ պայմանները հաշվի առնելով, մատակարարված նյութի պահպանման ջերմաստիճանը կընդունվի պայմանանների բավարար:

Պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակից՝



Մելինե Միսակյան