

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԲՈՂՈՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

**Բողոքի ծածկագիրը և ամսաթիվը՝** ԳԲՔԱ-ԱՄ-2019/03, 11.01.2019թ.

**Բողոք ներկայացնող անձ՝** «Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ

**Պատվիրատու՝** ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

**Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան՝** «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ, բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերում:

**Բողոքի պահանջը՝**

Պարտավորեցնել ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովին չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը:

**ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁ՝ Մ. ԱՆԱՆՅԱՆ, ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝  
Տ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ**

Տեղեկացնում ենք, որ բողոքի քննության նպատակով հրավիրվող նիստերին առցանց կարող եք հետևել <https://www.e-gov.am/gnumner/> հղումով կայք-էջում:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝

50-րդ հոդվածի 10-րդ մասի համաձայն՝ յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացնելով համանման բողոք: Սույն հոդվածի համաձայն՝ բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից,

51-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը՝ սույն օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքի քննության արդյունքներով ընդունված որոշման՝ ուժի մեջ մտնելու օրը ներառյալ:

*ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին*

Բողոք բերող՝ «Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ  
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիրի 19փ. 6/75  
հեռ: (093) 433631  
Էլ.փոստ՝ armenmd7@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բագրևանդի 5

*Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան*  
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով  
բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով  
հայտարարված ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-9/30 ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ

**Բ Ո Ղ Ո Ք**

**• Գործի հակիրճ նկարագրությունը և բողոքի փաստերը.**

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի  
միջոցով բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել  
է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-9/30» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդ (այսուհետ նաև՝ Աճուրդ):  
Սույն ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2019թ. հունվարի 11,  
ժամը 10:30-ը:

Համաձայն Ընթացակարգի հրավերի Հավելված՝ 1-ի՝ «Տեխնիկական բնութագիր-գնման  
ժամանակացույցի», սահմանվել են բժշկական պարագաների այնպիսի խտրական  
պարամետրեր, որոնք համապատասխանում են բացառապես «Smiths Medical Poortex»  
ընկերության արտադրությանը, ում միակ պաշտոնական ներկայացուցիչն է և  
համապատասխանաբար ներկրողը «Կուռացիո» ՍՊԸ-ն:

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հանգամանքը՝ «Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ-ն ս.թ. հունվարի 4-ին  
հարցում է ներկայացրել ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը, որով մասնավորապես նշել՝

1. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 1,2,3,4,5,6,7,8 և 9-ի տեխնիկական  
բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ, մեր կողմից  
առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է

ՄՏԻՑ N 600 - 19  
11 01 19

ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերևույթ վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեալ նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետր չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետ շփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

2. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 10-ին մեր կողմից առաջարկվող գոտիչի քաշը 23 գրամից ոչ ավել է, հոսքի դինամիկությունը 2,0սմ H<sub>2</sub>O (60լ/րոպեի դեպքում), սեղմված ծավալը՝ 41մլ, ֆիլտրացիայի աստիճանը 99,999%, եվրոպական արտադրության: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գոտիչը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ այն ոչ միայն ավելի ծանր է (հատկապես անցանկալի է, երբ ֆիլտրը տեղադրվում է ինտուբացիոն խողովակին մոտ կոնտուրի ծայրում, և ստեղծում հավելյալ ծանրություն փողի վրա, ինչն էլ իր հերթին կարող է մեծացնել փողի ծալման հավանականությունը), այլ նաև ունի զգալիորեն ավելի մեծ մեռյալ տարածության ծավալ(41մլ պահանջված ոչ ավել 32 մլ-ի փոխարեն), որը զգալի բացասական և անցանկալի հատկանիշ է հատկապես ցածր ծավալային շնչառության պարագայում:

3. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 12-ին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետի տրամագիծը՝ 23մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդոբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Կաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի բրոնխեալ և տրախեալ մանժետների չափսերը եականորեն տարբերվում են պահանջվածից՝ ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

4. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 13-ին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուն ունի՝ տրախեալ մանժետ տրամագիծը՝ 23մմ, Բրոնխեալ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդոբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Կաձև կոննեկտոր 1 հատ, արտածման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի տրախտայ մանժետի չափսերը էականորեն տարբերվում է պահանջվածից՝ ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

5. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 14-ին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուն ունի՝ տրախտայ մանժետ տրամագիծը՝ 25մմ, Բրոնխտայ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդոբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Կաճկ կոննեկտոր 1 հատ, արտաձման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի բրոնխտայ և տրախտայ մանժետների չափսերը էականորեն տարբերվում են պահանջվածից՝ ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

6. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 15-ին մեր կողմից առաջարկվող հավաքածուն ունի՝ տրախտայ մանժետ տրամագիծը՝ 25մմ, Բրոնխտայ մանժետի տրամագիծը՝ 18մմ: Կազմը՝ Ռոբերտշոու տիպի էնդոբրոնխիալ խողովակ-1հատ, Ստիլետ 1 հատ, ներկառուցված T կոննեկտոր 2 հատ, կոննեկտոր 15mm 2 հատ, Կաճկ կոննեկտոր 1 հատ, արտաձման ծայրադիրներ 4 հատ: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում վերը նշված հավաքածուն կարող է համարվել համարժեք:

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ առաջարկվող ապրանքատեսակի տրախտայ մանժետի չափսերը էականորեն տարբերվում է պահանջվածից՝ ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք:

7. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 25 և 26-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ զլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախտայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն : Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք :

**Պատասխան՝** Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված զլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ զլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետզիման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

8. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 և 45-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ .

մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն : Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք :

Պատասխան՝ Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետշփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

9. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժիններ 46 և 47-ի տեխնիկական բնութագրերում նշված է գերնուրբ տեսակի տանձաձև կառուցվածքի մանժետ , մեր կողմից առաջարկվող արտադրանքը ունի ցածր ճնշման գերնուրբ գլանաձև մանժետ, որը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում մեծ ծավալի մակերեսի վրա իջեցնելով ճնշումը տրախեայի նուրբ հյուսվածքների վրա, ապահովելով լիարժեք հերմետիկություն : Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք :

Պատասխան՝ Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր կողմից առաջարկված գլանաձև մանժետը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ գլանաձև կառուցվածքը ապահովում է ցածր ճնշում մեծ մակերեսի վրա, իսկ տանձաձևը՝ ապահովում է ցածր ճնշում հյուսվածքների հետ շփման ավելի փոքր մակերեսի վրա:

10. Հարգելի հանձնաժողով՝ չափաբաժին 50-ին մեր կողմից առաջարկվող ստիլետի չափսը 2.0 (230x2.0mm, 2.5-3.0 փողերի համար), եվրոպական արտադրության: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում մեր առաջարկը կարող է համարվել համարժեք :

Պատասխան՝ Տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել ընդունելի, քանի որ չի ապահովում հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշված փողերի հետ աշխատելու հնարավորությունը (2.5-4.5 փողերի համար):

04.01.2019թ.-ին ներկայացված հարցմանն ի պատասխան՝ պարզաբանումից պարզ դարձավ, որ «Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ-ի մոտ առկա ցանկացած ապրանք ընդունելի չէ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից չնայած այն հանգամանքի, որ «Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ապրանքները ավելի որակյալ էին, ինչը հանդիսացավ պատճառ նշված մրցույթին չմասնակցելու համար: Ընդ որում, նույն իրավիճակն է տիրում նաև այլ ներկրող ընկերությունների մոտ, որոնք չեն հաղիսանում «Smiths Medical Poortex» ընկերության արտադրության ներկրողները:

• Բողոքի իրավական հիմքերը և հիմնավորումները.

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ նաև՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.

1) գնման գործընթացի *միասնական կանոններով* մրցակցային, թափանցիկ, *համաչափ*, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպում.

2) պայմանագրի կնքման նպատակով *մասնակիցների շրջանակի ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում.*

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնման առարկայի բնութագրերը՝

1) պետք է մրցակցության հավասար պայմաններ ապահովեն հնարավոր մասնակիցների համար.

2) չպետք է հանգեցնեն գնումների գործընթացում մրցակցության համար *չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը.*

3) պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված և համարժեք լինեն այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը...:

Գտնում ենք, որ <<ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/30>> ծածկագրով էլ. աճուրդի գնահատող հանձնաժողովի կողմից հրավերը կազմելիս՝ թույլ է տրվել Օրենքի վերոշարադրված պահանջների խախտում:

Մասնավորապես, գրեթե բոլոր հարցադրումներին ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից տրվել է կրկնվող պատասխան, այն է՝ տեղեկացնում ենք, որ Ձեր առաջարկը չի կարող համարվել համարժեք, քանի որ ..... Էականորեն տարբերվում է պահանջվածից՝ ինչը չի կարող ապահովել երաշխավորված արդյունք: Նման հիմնավորումը, մեր կարծիքով չի կարող ապացույց հանդիսանալ, որ պահանջված տեխնիկական բնութագիրը օբյեկտիվորեն հիմնավորված է և համարժեք է այն կարիքին, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը: Արդյունքում նման տեխնիկական բնութագրի պայմաններում Աճուրդը չի կարող իրականացվել միասնական կանոններով, մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, կխախտվի պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի ընդլայնման և նրանց միջև մրցակցության խրախուսման սկզբունքը, ինչը կհանգեցնի գնումների գործընթացում մրցակցության համար *չհիմնավորված խոչընդոտների առաջացմանը:*

Այնուհանդերձ, ստեղծվում է տպավորություն, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է այնպիսի տեխնիկական բնութագիր, որը կարող է ներկայացնել միայն Smiths Medical Poortex արտադրող ընկերությունը՝ իր բացառիկ ներկայացուցչի միջոցով:

Նման փաստական հանգամանքների պայմաններում գտնում ենք, որ Հրավերի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց»-ը վիճարկվող չափաբաժինների մասով

պետք է վերանայվեն և համապատասխանեցվեն գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին:

Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է գնման առարկայի բնութագրերը, նախատրակավորման հայտարարության կամ հրավերի պահանջները, ապա բողոքը ներկայացվում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը:

Նույն հոդվածի 7-րդ մասի 1-ին կետի «բ» պարբերության համաձայն՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձն իրավունք ունի պատվիրատուի և գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման:

Հաշվի առնելով, որ Աճուրդի հայտերի ներկայացման ժամկետը դեռևս ավարտված չէ (սահմանված 2019թ. հունվարի 11, ժամը 10:30-ն), ուստի ղեկավարվելով Օրենքի ՀՀ օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի և 7-րդ մասի 1-ին կետի «բ» պարբերության պահանջներով՝ ՀՀ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին

#### ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ՝

Պարտավորեցնել ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-9/30» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի գնահատող հանձնաժողովին չկայացած հայտարարել գնման ընթացակարգը:

Առդիր՝ 2 թերթ:

Հարգանքով՝

«Նաիրի-Ալանիկա» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



11.01.2019թ.