

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

<<Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա>> ՊՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ախտորոշիչ նյութերի
ծեռքերման նպատակով կազմակերպված ՎՅ-ԳՀԱՊՁԲ-2019/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019թվականի ապրիլի-20-ին կնքված ՎՅ-ԳՀԱՊՁԲ-
2019/7
պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

			ընդհանուր քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
չափաբաժնի համարը	անվանումը և ապրանքային նշանը	չափման միավորը	առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	տեխնիկական բնութագիրը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	288	288	278	278	Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ TSH՝ նախատեսված բացահամակարգի համար: Մեթոդի մոնոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը չպակասքան 30 թեստ (հատ) և ոչավելքան 100 թեստ (հատ): TSH - ի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել մոնոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատու փցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1	Թիրեոտրոպ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ TSH՝ նախատեսված բացահամակարգի համար: Մեթոդի մոնոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը չպակասքան 30 թեստ (հատ) և ոչավելքան 100 թեստ (հատ): TSH - ի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել մոնոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատու փցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝

							տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	ը՝ մինչև 1 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
2	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	300	300	30,96	30,96	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ASAT՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկոռեագեն տի հավաքածույում թեստ երիքանակ լրջ պակասքան 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 200 թեստ (հատ): 1 թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվ ծավալը 1 մլ. է : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լոգիստիկ միակնվ երլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ASAT՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկոռեագեն տի հավաքածույում թեստ երիքանակ լրջ պակասքան 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 200 թեստ (հատ): 1 թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվ ծավալը 1 մլ. է : ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լոգիստիկ միակնվ երլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
3	Ազատ թիրոքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	288	288	341,25	341,25	Ազատ թիրոքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ըմուռնոն ֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկոռեագեն տի հավաքածույում թեստ երիքանակ լրջ պակասքան 30 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 100 թեստ (հատ): Ազատ թիրոքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել ըմուռն ֆերմենտատիվ երլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Ազատ թիրոքսինի որոշման համար նախատեսված թեստ FT4: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ըմուռնոն ֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկոռեագեն տի հավաքածույում թեստ երիքանակ լրջ պակասքան 30 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 100 թեստ (հատ): Ազատ թիրոքսինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել ըմուռն ֆերմենտատիվ երլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելության ժամկետունեցողապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:

							Որակի	ի համարառնվազն՝ 15 ամիս:
4	ԱԼԱՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	300	300	30,96	30,96	ԱԼԱՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ALAT՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր 100 թեստ (հատ) և ոչավելքան 200 թեստ (հատ) : 1 թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվ ծավալը 1 մլ. է: ԱԼԱՍ-ի հավաքածու նպետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լրեցման համակարգի երկու ծիջը ստպատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	ԱԼԱՍ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ ALAT՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր 100 թեստ (հատ) և ոչավելքան 200 թեստ (հատ) : 1 թեստի համար աշխատանքային ռեակտիվ ծավալը 1 մլ. է: ԱԼԱՍ-ի հավաքածու նպետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լրեցման համակարգի երկու ծիջը ստպատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
5	Թիրեոպերօքսիդազային նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար թեստ	հատ(թեստ)	96	96	342	342	Թիրեոպերօքսիդազային նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված թեստ՝ AntiTPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր 30 թեստ (հատ) և ոչավելքան 100 թեստ (հատ): AntiTPO հավաքածու նպետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լրեցման համակարգի երկու ծիջը ստպատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	Թիրեոպերօքսիդազային նկատմամբ հակամարմինների որոշման համար նախատեսված թեստ՝ AntiTPO: Նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդը իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր 30 թեստ (հատ) և ոչավելքան 100 թեստ (հատ): AntiTPO հավաքածու նպետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել լրեցման համակարգի երկու ծիջը ստպատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:

6	Թաքնված արյան հայտնաբերման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	100	100	492	492	Թաքնված արյան հայտնաբերման համար նախատեսված թեստ/He ma- screen/՝ կղանքում արյան առկայությունը հայտնաբերման համար: Մեկ լեռնազեն տի հավաքածու թեստերի քանակը ռազմական սպան 30 թեստ (հատ) և ռազմական սպան 150 թեստ (հատ) : Հավաքածու նպատակը տեղում են ախտաբանական համարանիշները օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ կալիբրատորներ): : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Թաքնված արյան հայտնաբերման համար նախատեսված թեստ/Hema- screen/՝ կղանքում արյան առկայությունը հայտնաբերման համար: Մեկ լեռնազեն տի հավաքածու թեստերի քանակը ռազմական սպան քան 30 թեստ (հատ) և ռազմական սպան 150 թեստ (հատ) : Հավաքածու նպատակը տեղում են ախտաբանական համարանիշները օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ կալիբրատորներ): : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
7	Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	400	400	198	198	Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված թեստ՝ AMILASE: Նախատեսված բացահայտման կարգի համար: Մեթոդը կինետիկ որոշման եղանակ: Մեկ լեռնազեն տի հավաքածու թեստերի քանակը ռազմական սպան 100 թեստ (հատ) և ռազմական սպան 200 թեստ: : Ամիլազի հավաքածու նպատակը տեղում են ախտաբանական համարանիշները օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ կալիբրատորներ): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոֆիլիզացիան և վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	Ալֆա ամիլազի որոշման համար նախատեսված թեստ՝ AMILASE: Նախատեսված բացահայտման կարգի համար: Մեթոդը կինետիկ որոշման եղանակ: Մեկ լեռնազեն տի հավաքածու թեստերի քանակը ռազմական սպան 100 թեստ (հատ) և ռազմական սպան 200 թեստ: : Ամիլազի հավաքածու նպատակը տեղում են ախտաբանական համարանիշները օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ կալիբրատորներ): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոֆիլիզացիան և վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
8	Մեզի թեստ ստրիպ	հատ(թեստ)	300	300	55,2	55,2	Ախտորոշող թեստ-ձողիկներ ՝ 10 պարամետրի որոշման համար: Մեթոդը քրոմատոգրաֆիկ Ֆորմատը մոնիթորինգի համար 100 թեստ (հատ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2	Ախտորոշող թեստ-ձողիկներ ՝ 10 պարամետրի որոշման համար: Մեթոդը քրոմատոգրաֆիկ Ֆորմատը մոնիթորինգի համար 100 թեստ (հատ) Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանե լիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանե լիության ժամկետում ենցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2

							տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս: Որակի	տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
9	Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	4800	4800	11,76	11,76	ԳլյուկոզայիորոշմանհամարնախատեսվածթեստGLUCOSE՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկռեագենտիհավաքածույումթեստ երիքանակըոչպակասքան 200թեստ(հատ) ևոչավելքան 500թեստ(հատ): . է : Գլյուկոզայիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարառնհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերածրագրավորելլրիքիմիականվ երլուծիչըստպատվիրատուիցանկությանբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	ԳլյուկոզայիորոշմանհամարնախատեսվածթեստGLUCOSE՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկռեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 200թեստ(հատ) ևոչավելքան 500թեստ(հատ): . է : Գլյուկոզայիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարառնհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերածրագրավորելլրիքիքիմիականվերլուծիչըստպատվիրատուիցանկությանբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
10	Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	2800	2800	24,96	24,96	ԽոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստCHOL՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկռեագենտիհավաքածույումթեստ երիքանակըոչպակասքան 200թեստ(հատ) ևոչավելքան 300թեստ(հատ):1թեստիհամարաշխատանքայինռեակտիվիծավալը 1մլ. է : Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերածրագրավորելլրիքիմիականվ երլուծիչըստպատվիրատուիցանկությանբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	ԽոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստCHOL՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկռեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 200թեստ(հատ) ևոչավելքան 300թեստ(հատ):1թեստիհամարաշխատանքայինռեակտիվիծավալը 1մլ. է : Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերածրագրավորելլրիքիքիմիականվերլուծիչըստպատվիրատուիցանկությանբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելլախտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
11	LDL Խոլեսթերինի	հատ(	300	300	470	470	LDLխոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստLDL՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար:	LDLխոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստLDL՝ նախատեսվածբացիհամակարգիհամար:

	որոշման համար նախատեսված թեստ	թեստ)					ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույումթեստ երիքանակըոչպակասքան 50թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ): 1թեստիհամարաշխատանքայինռեակտիվիծավալը 1մլ. է : Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամար անհրաժեշտօգտագործմանծեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերաճրագրավորելթիոքիմիականվ երլուծիչըստպատվիրատուիցանկությամբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամ արառնվազն՝ 15 ամիս:	ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույում թեստերիքանակըոչպակասքան 50թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ): 1թեստիհամարաշխատանքայինռեակտիվիծավալը 1մլ. է : Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամար ամարանհրաժեշտօգտագործմանծեռնարկովնախատեսվ ածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերաճրագրավորելթիոքիմիա կանվերլուծիչըստպատվիրատուիցանկությամբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետ ը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամա րառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամա րառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներ իհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
12	HDL Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	300	300	108	108	HDLխոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստHDL՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույումթեստ երիքանակըոչպակասքան 50թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ):: Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամար անհրաժեշտօգտագործմանծեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերաճրագրավորելթիոքիմիականվ երլուծիչըստպատվիրատուիցանկությամբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամ արառնվազն՝ 15 ամիս:	HDLխոլեսթերինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստHDL՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույում թեստերիքանակըոչպակասքան 50թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ):: Խոլեսթերինիհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհ ամարանհրաժեշտօգտագործմանծեռնարկովնախատեսվ ածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Մատակարարըպարտավորէվերաճրագրավորելթիոքիմիա կանվերլուծիչըստպատվիրատուիցանկությամբ: Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետ ը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամա րառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամա րառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներ իհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
13	Բիլիռուբինի (ուղղակի և ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	200	200	27,6	27,6	Բիլիռուբինի (ուղղակիևընդհանուր) որոշմանհամարնախատեսվածթեստBILDIRECT +TOTAL՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույումթեստ երիքանակըոչպակասքան 100թեստ(հատ) ևոչավելքան 300թեստ(հատ): : Բիլիռուբին (ուղղակիևընդհանուր) հավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօ	Բիլիռուբինի (ուղղակիևընդհանուր) որոշմանհամարնախատեսվածթեստBILDIRECT +TOTAL՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖերմենտատիվկոլորոմետրիկ: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոռեագենտիհավաքածույում թեստերիքանակըոչպակասքան 100թեստ(հատ) ևոչավելքան 300թեստ(հատ): : Բիլիռուբին (ուղղակիևընդհանուր)

							գտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	հավաքածու նպետք է ունենալ հարաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
14	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	800	800	28,8	28,8	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ UREA՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանրապես 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 200 թեստ (հատ) : Միզանյութի հավաքածու նպետք է ունենալ հարաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Միզանյութի որոշման համար նախատեսված թեստ UREA՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորիմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանրապես 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 200 թեստ (հատ) : Միզանյութի հավաքածու նպետք է ունենալ հարաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավելի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
15	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	400	400	18	18	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված թեստ CREATININE՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կլինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանրապես 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 300 թեստ (հատ) : Է: Կրեատինինի հավաքածու նպետք է ունենալ հարաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝	Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված թեստ CREATININE՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կլինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանրապես 100 թեստ (հատ) և ոչ ավելքան 300 թեստ (հատ) : Է: Կրեատինինի հավաքածու նպետք է ունենալ հարաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել լիոքի միականվերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությանը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝

							մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	ը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
16	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	400	400	98	98	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ TG՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր սպան 100 թեստ (հատ) և չափվել քան 300 թեստ (հատ) : Տրիգլիցերիդի հավաքածու նպետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել իր ընդհանուր երլուծիչը ըստ պատվիրատու լիցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված թեստ TG՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր սպան 100 թեստ (հատ) և չափվել քան 300 թեստ (հատ) : Տրիգլիցերիդի հավաքածու նպետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավորվել էր ածրագրավորել իր ընդհանուր երլուծիչը ըստ պատվիրատու լիցանկության մը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
17	Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ /ցոլիկլոն/	հատ(թեստ)	200	200	9,5	9,5	Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ antiA՝ նախատեսված բաց համակարգի համար; Հետազոտվող նմուշը արյան շիճուկ: Ազյուտինացիոն մեթոդ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր սպան 30 թեստ (հատ) և չափվել քան 200 թեստ (հատ) : Հավաքածու նպետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:	Հակամարմին A-ի որոշման համար նախատեսված թեստ antiA՝ նախատեսված բաց համակարգի համար; Հետազոտվող նմուշը արյան շիճուկ: Ազյուտինացիոն մեթոդ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ երիքանակ ընդհանուր սպան 30 թեստ (հատ) և չափվել քան 200 թեստ (հատ) : Հավաքածու նպետք է ունենա իրաշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավել պիտանելության ժամկետ ունեցող պարանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս:
18	Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված	հատ(թեստ)	200	200	12	12	Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված թեստ antiB: Հետազոտվող նմուշը՝ արյան շիճուկ: Մեթոդը՝ ազյուտինացիոն: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստ	Հակամարմին B-ի որոշման համար նախատեսված թեստ antiB: Հետազոտվող նմուշը՝ արյան շիճուկ:

	թեստ /ցուիկլոն/						րիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ) : Հավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտ օգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	Մեթոդը՝ ազյուտինացիոն:Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ) : Հավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
19	Հակամարմին D-ի (ռեզուս գործոն) որոշման համար նախատեսված թեստ /ցուիկլոն/	հատ(թեստ)	400	400	22,5	22,5	ՀակամարմինD-ի (ռեզուսգործոն) որոշմանհամարնախատեսվածթեստantiD: Հետազոտվողնմուշը՝ արյանշիճուկ: Մեթոդը՝ ազյուտինացիոն:Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ) : Հավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտ օգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	ՀակամարմինD-ի (ռեզուսգործոն) որոշմանհամարնախատեսվածթեստantiD: Հետազոտվողնմուշը՝ արյանշիճուկ: Մեթոդը՝ ազյուտինացիոն:Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 200թեստ(հատ) : Հավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
20	ՄՌՊ որոշման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	1000	1000	45,6	45,6	ՄՌՊորոշմանհամարնախատեսվածթեստRPR՝նախատեսվածբաց համակարգիհամար: Մեթոդազյուտինացիոնեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 100թեստ(հատ): ՄՌՊորոշմանհամարնախատեսվածհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն վազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառն	ՄՌՊորոշմանհամարնախատեսվածթեստRPR՝նախատեսվածբաց համակարգիհամար: Մեթոդազյուտինացիոնեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 100թեստ(հատ): ՄՌՊորոշմանհամարնախատեսվածհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2

							վազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
21	RF որոժման համար նախատեսված թեստ	հատ(թեստ)	300	300	57,6	57,6	RFորոժմանհամարնախատեսվածթեստնախատեսվածբացհամակարգիհամար: Մեթոդըազյուտինացիոնեղանեկով:Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30 թեստ(հատ) ևոչավելքան 150թեստ(հատ) : RFհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	RFորոժմանհամարնախատեսվածթեստնախատեսվածբաց համակարգիհամար: Մեթոդըազյուտինացիոնեղանեկով:Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30 թեստ(հատ) ևոչավելքան 150թեստ(հատ) : RFհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
22	C-ռեակնիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված թեստ)	հատ(թեստ)	500	500	63.6	63.6	C-ռեակնիվսպիտակուցիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ) CRP՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: Մեթոդազյուտինացիոնեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան30թեստ(հատ) ևոչավելքան 150թեստ(հատ): C-ռեակնիվսպիտակուցիորոշմանհամարնախատեսվածհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:	C-ռեակնիվսպիտակուցիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ) CRP՝ նախատեսվածբացհամակարգիհամար: Մեթոդազյուտինացիոնեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ: Մեկհավաքածույումթեստերիքանակըոչպակասքան 30թեստ(հատ) ևոչավելքան 150թեստ(հատ): C-ռեակնիվսպիտակուցիորոշմանհամարնախատեսվածհավաքածունպետքէունենաիրաշխատանքիհամարանհրաժեշտօգտագործմանձեռնարկովնախատեսվածնյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտկամայլանհրաժեշտնյութեր): Հանձնելուպահինմնացորդայինպիտանելիությանժամկետը՝ մինչև 1 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 75% , 1-2 տարիպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 2/3, 2 տարուցավելպիտանելությանժամկետունեցողապրանքներիհամարառնվազն՝ 15 ամիս:
23	Կալցիումի որոշման համար թեստ)	հատ(թեստ)	1000	1000	23,04	23,04	Կալցիումիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ) նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖոտոմետրիկկինետիկեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոեագենտիհավաքածույումթեստ	Կալցիումիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ) նախատեսվածբացհամակարգիհամար: ՄեթոդՖոտոմետրիկկինետիկեղանակով: Ստուգվողնմուշ՝ արյանշիճուկ/պլազմա/մեզ:Մեկոեագենտիհավաքածույում

							երիքանակը չպակասքան 100 թեստ(հատ) և ոչավելքան 250 թեստ(հատ) :1 թեստի համարաշխատանքային ռեակտիվ լինելը 1 մլ է :Կայցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերաճրագրավորել լրիվ քիմիական և վերլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:	թեստ երիքանակը չպակասքան 100 թեստ(հատ) և ոչավելքան 250 թեստ(հատ) :1 թեստի համարաշխատանքային ռեակտիվ լինելը 1 մլ է :Կայցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերաճրագրավորել լրիվ քիմիական և վերլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:
24	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ)	հատ(թեստ)	1000	1000	52.8	52.8	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ)՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆիբրինոգենային ժամանակի որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստ երիքանակը չպակասքան 100 թեստ(հատ) և ոչավելքան 200 թեստ(հատ): Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերաճրագրավորել լրիվ քիմիական և վերլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:	Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված թեստ)՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ ֆիբրինոգենային ժամանակի որոշման եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստ երիքանակը չպակասքան 100 թեստ(հատ) և ոչավելքան 200 թեստ(հատ): Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իրաշխատանքի համարան հրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլանհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերաճրագրավորել լրիվ քիմիական և վերլուծիչ ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:
25	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ	հատ	2000	2000	102	102	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu Chek GlucoPlus, Wellion Calla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարած հետազոտության-1 արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12 տոկոս-ը և ունենա առնվազն՝ ISO13485, ISO15197 ստանդարտներին համապատասխան վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակն՝ առնվազն՝ 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ, համատեղելի առնվազն Accu Chek GlucoPlus, Wellion Calla Light, Control Plus շաքարաչափերի հետ Այլ մոդելի շաքարաչափ սարքերի առաջարկների դեպքում ավտոմատ վերլուծիչով և նոր ներկայացված շաքարաչափով կատարած հետազոտության-1 արդյունքների միջև շեղման չափը չպետք է գերազանցի 12 տոկոս-ը և ունենա առնվազն՝ ISO13485, ISO15197 ստանդարտներին համապատասխան վկայականներ: Տուփում առկա թեստ երիզների քանակն՝ առնվազն՝ 25 հատ: Տուփը բացելուց հետո թեստ երիզների

							վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս 50 տոկոսի առկայություն:Թեսթ երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ պայմանագրով սահմանված ժամկետներում մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարքերը:(Ցիտատ)	պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս 9 ամիս: Մատակարարման պահին տուփի վրա նշված պահպանման ժամկետի ոչ պակաս 50 տոկոսի առկայություն:Թեսթ երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ պայմանագրով սահմանված ժամկետներում մատակարարը պարտավոր է նաև նվիրաբերել կամ անհատույց օգտագործման հանձնել շաքարաչափ սարքերը:(Ցիտատ)
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Գնման առարկայի											
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			„Գնումների մասին„ ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետ								
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման											
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ					
	07.02	07.02.01	07.02.01.0.1.4	v							
...											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			20.03.2019թ								
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1								
			...								
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման						
			1								
			...								
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները		Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը								
			Հ հ դրամ								
1	Թիրեոտրոպիկ հորմոնի որոշման համար նախատեսված թեստ		հատ(թեստ)								
	<<Վիոլա>>ՍՊԸ			60900	60900	12180	12180	73080	73080		
	<<Լինարե>>ՍՊԸ			112500	112500			112500	112500		
2	ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված թեստ		հատ(թեստ)								

	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		8000	8000	1600	1600	9600	9600			
	<<Լինարե>ՍՊԸ		8850	8850			8850	8850			
3	Ազատթիրօքսինիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		60900	60900	12180	12180	73080	73080			
	<<Լինարե>ՍՊԸ		102000	102000			102000	102000			
4	ԱԼԱՏ-ի որոշմանհամարնախատեսվածթեստ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		8000	8000	1600	1600	9600	9600			
	<<Լինարե>ՍՊԸ		9900	9900			9900	9900			
5	Թիրեոպերօքսիդազայինկատմամբհակամարմիններիորոշմանհամարթեստ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		20300	20300	4060	4060	24360	24360			
6	Թաքնվածարյանհայտնաբերմանհամարնախատեսվածթեստ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		33000	33000	6600	6600	39600	39600			
7	Ալֆաամիլազիորոշմանհամարնախատեսվածթեստ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		57000	57000	11400	11400	68400	68400			
	<<Լինարե>ՍՊԸ		77400	77400			77400	77400			
8	Մեզիթեստոստրիպ	հատ(թեստ)									
	<<Վիդլա>>ՍՊԸ		12900	12900	2580	2580	15480	15480			
	<<Լինարե>ՍՊԸ		19500	19500			19500	19500			

	<<Վիոլա>>ՍՊԸ		14400	14400	2880	2880	17280	17280			
	<<Լինարե>>ՍՊԸ		13500	13500			13500	13500			
22	Շ- ռեակնիվսպիտակուցիորոշմա նհամարնախատեսվածթեստ	հատ(թես տ)									
	<<Վիոլա>>ՍՊԸ		26500	26500	5300	5300	31800	31800			
	<<Լինարե>>ՍՊԸ		23000	23000			23000	23000			
23	Կալցիումիորոշմանհամարնա խատեսվածթեստ	հատ(թես տ)									
	<<Վիոլա>>ՍՊԸ		17500	17500	3500	3500	21000	21000			
	<<Լինարե>>ՍՊԸ		19500	19500			19500	19500			
24	Թրոմբոպլաստինիորոշմանհ ամարնախատեսվածթեստ	հատ(թես տ)									
	<<Վիոլա>>ՍՊԸ		34400	34400	6880	6880	41280	41280			
25	Շաքարաչափսարքի համար նախատեսված թեսթ երիզ	հատ(թես տ)									
	<<Կոնցեռն-էներգոմաշ >>ՓԲԸ		163333, 33	163333 ,33	32666, 67	32666,67	196000	196000			
	<<Լեյկո >>ՍՊԸ		200000	20000 0	40000	40000	240000	240000			

Այլտեղեկություններ	Ծանոթություն՝1, Հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցմա ննպատակով հետևյալ չափաբաժինների՝ 9,12,17,18,, համար”` 1.Գնի իջեցման բանակցությունների նիստին գնի իջեցման առաջարկ էր ներկայացրել <<Վիոլա>>ՍՊԸ և հաղթող է ճանաչվել այդ չափաբաժինների համար
--------------------	--

--

Տվյալներմերժվածհայտերիմասին											
Չափա-բաժնիի ամարը	Մասնակցիանվանում ը	Գնահատմանարդյունքները (բավարարկամանբավարար)									
		Ծրար ըկազ մելու ններ կա-	Հրավե րովկա- հանջվո ղփաստ աթղթե	Առաջարկ ածգնման առարկայի տեխնիկա- կանընույթ	Մասն ա- գիտա- կանգո ր-	Մասն ա- գիտա- կանփ որ-	Ֆինա- նսական միջոցներ	Տեխնի- կականմիջոց- ներ	Աշխա- տանքա- յինռեսու րս-ներ		

		յացնե լուհա մա- պատ աս- խանո ւթ- յունը	րիառկ ա- յություն ը	ագրերիհա մա- պատասխ ա- նությունը	ծունեո ւթ- յանհա մապա տասխ անույթ ունպա յմանա գրովն ախատ եսված գործու նեույթ անը	ծառու թ-յունը			

Այլտեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Մերժված հայտեր չեն եղ								

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը	14.04,2019թ								
Անգործությանժամկետ	Անգործությանժամկետի սկիզբ			Անգործությանժամկետիավարտ					
	08,04,2019թ			14.04,2019թ					

Ընտրվածմասնակցինպայմանագիրկնքելուառաջարկիծանուցմանամսաթիվը15.04,2019թ									
Ընտրվածմասնակցիկողմիցստորագրվածպայմանա գիրըպատվիրատուիմոտմուտքագրվելուամսաթիվը				20.04,2019թ					
Պատվիր ատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը				20.04,2019թ					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Չափա- բաժնիհամա րը	Ընտրվածմասնա կիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրիհամ արը	Կնքմա նամսա թիվը	Կատարմանվե րջնա- ժամկետը	Կանխա - վճարիչ ափը	Գինը			
						ՀՀդրամ			
						Առկաֆինանսականմիջ ոցներով		Ընդհանուր¹	
1,2,3,4,5,6,	„Վիոլա,,ՍՊԸ	ՎՅ-ԳՀԱՊԶԲ- 2019/7-1	20,04,	15.12.2019թ		692508դրամ		692508 դրամ	

7,8,9,11,12,13,14,16,20,23,24			2019թ				
10,15,19,21,22	„Լինարե,,ՍՊԸ	ՎՅ-ԳՀԱՊՁԲ-2019/7-2	20,04, 2019թ	15.12.2019թ		107000 դրամ	107000 դրամ
25	„Կոնցեռն-Էներգոմաշ,,ՓԲԸ	ՎՅ-ԳՀԱՊՁԲ-2019/7-3	20,04, 2019թ	15.12.2019թ		196000 դրամ	196000 դրամ

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնիի ամարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ² / Անձնագրի համարը և սերիան
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,20,23,24	„Վիոլա,,ՍՊԸ	Ք. Երևան Աճառյան փ2-րդ նրբ. թիվ 3 տուն 010628021	viola@arminco.com	1570001092880100	00801026 AK0639811 AK0639816
10,15,19,21,22	„Լինարե,,ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նանսենի 7/43 ոչ բնակելի տարածք	linare50ail.ru@m	163078039498	09212215 005738257
25	„Կոնցեռն-Էներգոմաշ,,ՓԲԸ	Ք. Երևան Արզումանյան 32/10	lawyer@c-e.am	217002182558001	01210095 AK0588283 AN0220907 AK0436348

--

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնիչ կայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավորելու ցանկություններ կայացման վերաբերյալ:	
Մասնակիցներին ներգրավմանն պատակով<Գնումների մասին><Հօրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Հրատարակվել է <<gnumner.am>> կայքում Հրատարակվել է armeps.am կայքով	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողությունների հայտնաբերվելու դեպքում հրանց կայրկապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	հակաօրինական գործողություններ չեն եղել	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները ներառյալ կայացված որոշումները	բողոքները ներառյալ կայացված որոշումները չեն եղել	
Այլանհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս 032226796	Էլ. փոստի հասցեն tiv3pol@mail.ru
Հերմինե Անդրեասյան		

Պատվիրատու՝

<<Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա>> ՊՓԲԸ տնօրեն՝ Արտակ Եղոյան
