

Արձանագրություն N 5
Протокол N 5

«ԵԲ-ԲՄԱՊԶԲ-21/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

Внеочередное заседание оценочной комиссии под кодом «EQ-BMAPDzB-21/5»

ք. Երևան

г. Ереван

22.01.2021թ.

Ժամը 16:00

22.01.2021г.

16:00ч.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Բաբինյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Չարխիֆալաքյանը, Տ. Սարգսյանը, Ս Բաղդասարյանը.

Բացակայում է Ա. Խառատյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

Участвовали

Председатель комиссии К. Бабинян

Члены комиссии А. Чархифалакян, Т. Саргсян, С. Багдасарян

Отсутствует А. Харатян

Секретарь комиссии: Г. Мурадян

1. «ԵԲ-ԲՄԱՊԶԲ-21/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում 21.01.2021 և 22.01.2021 թվականին ներկայացված հարցումներին պարզաբանումներ տրամադրելու վերաբերյալ

Ответы на разъяснения по запросам поданного 21.01.2021 и 22.01.2021 года в рамках закупочной процедуры под кодом «EQ-BMAPDzB-21/5»

(Կ. Բաբինյան
К. Бабинян)

Պարզաբանման պահանջի տեքստ 1

Текст запроса для разъяснения

Բարև Ձեզ, 7-րդ չափաբաժնում նշված է վերլուծիչի չափման մեթոդը՝ էլեկտրոմեխանիկական, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք օպտիկական մեթոդը նույնպես ընդունելի է:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ. 1

Текст разъяснения

Էլեկտրոմեխանիկական և օպտիկական չափման մեթոդները սկզբունքորեն տարբերվում են իրարից, քանի որ էլեկտրոմեխանիկական չափման մեթոդը ունի առավելություն. այն հնարավորություն է տալիս չափել պլազմայի մակարդման ժամանակը՝ հիմնվելով հետազոտվող նմուշի մածուցիկության փոփոխման վրա մակարդման ընթացքում: Միաժամանակ էլեկտրոմեխանիկական չափման ընթացքում պլազմայում առկա այլ նյութերը ազդեցություն չեն թողնում:

Ելնելով վերոգրյալից՝ նախընտրելի մեթոդը է էլեկտրոմեխանիկական:

Պարզաբանման պահանջի տեքստ 2
Текст запроса для разъяснения

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<< USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար >>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:
2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ. 2
Текст разъяснения

Հաստատում ենք, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ





1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:
2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ 0:

Принято решение: за - 4, против - 0.

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.

Հանձնաժողովի Комиссии		
Նախագահ՝ Председатель		Կ. Բաբինյան К. Бабинян
Անդամներ՝ Члены		Ա. Չարխիֆալաքյան А. Чархифалакян
		Տ. Սարգսյան Т. Саргсян
		Ս Բաղդասարյան С. Багдасарян
Քարտուղար՝ Секретарь		Գ. Մուրադյան Г. Мурадян