

Արձանագրություն N 2

«ՄԿԻ-ԳՀԱՊԶԲ20/42» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի
ք. Երևան

27.10.2020 թ.
Ժ.12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ **Զ. Խաչատրյան**

Հանձնաժողովի անդամներ՝ **Գ. Մելիքսեթյան, Ա. Ստեփանյան, Դ. Ավետյան**

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ **Ն. Հայրապետյան**:

1. Ընթացակարգի գնային առաջարկ պարունակող ծրարների բացման մասին

(Զ. Խաչատրյան)

1. Ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով գնային առաջարկ պարունակող ծրարներ կազմվել և ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

1	Մեդիսար ՍՊԸ	ՀՀ, Ք. Երևան, Գետառի 4/9 Հեռ 010-54-30-78, 010- 56-11-57
2	Գեո-Նալ ՍՊԸ	Ք. Երևան, Խանջյան 13 տարածք 2 Հեռ 095-666-996
3	Սթերի Հոմ ՍՊԸ	Ք. Երևան Տեղյան 105/1, Յիտադեղ/Կ 6- րդ հ606ս Հեռ 041550080

Ընդունվել է որոշում՝ **կողմ -4**, դեմ – 0:

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարներում ընթացակարգի հրավերով պահանջված փաստաթղթերը առկա են:

Ընդունվել է որոշում՝ **կողմ -4**, դեմ – 0:

3. Մասնակիցների կողմից առաջարկված գները հետևյալն են՝

Զ/Զ	Մասնակիցների տվյալները					
	Ապրանքի անունը	Գեո-Նալ ՍՊԸ Ք. Երևան, Խանջյան 13 տարածք 2 Հեռ 095-666-996	Մեդիսար ՍՊԸ ՀՀ, Ք. Երևան, Գետառի 4/9 Հեռ 010-54-30- 78, 010- 56-11-57	Սթերի Հոմ ՍՊԸ Ք. Երևան Տեղյան 105/1, Յիտադեղ/Կ 6- րդ հ606ս Հեռ 041550080	Մեր նախահաշվային գինը	
					առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ-ով
1	Ֆլուորեսցենտային մանրադիտակ	8330000	7916666.67	9400000 Ազատված է ԱԱՀ-ից	8332500	9999000

4. Հանձնաժողովը ուսումնասիրելով առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը, փաստեց, որ ներկայացրած տեխնիկական բնութագրում կան որոշ անհամապատասխանություններ նշված ֆիրմայի ապրանքանիշի՝ Euromex OX.2453-PLF մանրադիտակի, տեխնիկական բնութագրի հետ համեմատած:

Euromex OX.2453-PLF մանրադիտակի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում պահանջներին հետևյալ հիմնական կետերով՝

- OX.2453-PLF մակնիշի մանրադիտակը ինվերտացված մանրադիտակ է, հայտը ներկայացված է սովորական ֆլուորեսցենտ մանրադիտակի ձեռքբերման համար և պայմաններում նշված չէ ինվերտացված մանրադիտակի պահանջի մասին:
- OX.2453-PLF մակնիշի մանրադիտակը համալրված չէ բռնակով՝ տեղափախման համար:
- OX.2453-PLF մակնիշի մանրադիտակի օբյեկտիվների ցանկում չկա 100x oil օբյեկտիվ (քանի որ ինվերտացված է, այդ դեպքում 100x oil չի կիրառվում)
- OX.2453-PLF մակնիշի ֆիլտրերը OX.9745 (EX 465-495), OX.9746 (EX520-600), OX.9747 (EX 361-381) չեն համապատասխանում կամ մասնակի են համապատասխանում հայտում ներկայացված պահանջվող ֆիլտրերին A S (EX 340-380), D S (EX 355-425), I3 S (EX 450-490), N2.1 S (EX 515-560).

Ուստի հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը մինչև 29.10.2020թ ժ 16:00-ն և առաջարկել Մեդիսար ՍՊԸ-ին նշված ժամկետում շտկել վերը նշված անհամապատասխանությունը և առաջարկել հրավերով պահանջվող տեխնիկական բնութագրին համապատասխան Ֆլուորեսցենտային մանրադիտակ:

Ընդունվել է որոշում՝ **կողմ -4**, դեմ – 0:

5. Հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստի անկացման օրը և վայրը, այն է՝ 29.10.2020թ ժ 16:00-ին, ք. Երևան, հասրաթյան 7, 2 հարկ, հաշվապահություն հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ **կողմ -4**, դեմ – 0:

Հանձնաժողովի		
նախագահ՝		2. Խաչատրյան
անդամ՝		9. Մելիքսեթյան
անդամ՝		Ա. Ստեփանյան
անդամ՝		7. Ավետյան
քարտուղար՝		Ն. Հայրապետյան