

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը **	տեխ բնութագիրը	շ/միավոր	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	մատակարարման		
									հասցեն	ենթակա քանակը	Ժամկետը ***
14	33111310/520	Ստենտ/ռետրիվեր	Solitare, Medtronic,	նախատեսված է սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ արյան հոսքը վերականգնելու նպատակով, գլխուղեղի խցանված անոթներից թրոմբի հեռացման համար: Սարքը պետք է նախատեսված լինի օգտագործելու հետևյալ ներդաստնայար համակարգերում ներքին քնային զարկերակներ, M1 և M2 հատվածներ, բազիլյար և ողնաշարային զարկերակներ: Գործիքի միջոցով պետք է հնարավոր լինի իրականացնել միջամտություններ 2.0-4.0 մմ և 3.0-5.5 մմ տրամագծով անոթներում:	հատ	900000	9000000	10	թ. Գյումրի Գարեգին Նժդեհ 3/3	10	Մատակարարումն իրականացվում է 2026թ-ի ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու և դրա հիման վրա կողմերի միջև

				<p>Կախված միջամտության առանձնահատկություններից հետևյալ չափերի պարտադիր առկայություն՝ երկարություն 20 և 40մմ - 4.0մմ տրամագծերի դեպքում և 20, 24 և 40մմ երկարություն 6.0մմ տրամագծերի դեպքում: Սեղմող լարի երկարությունը՝ 180 սմ : Միկրոկաթետերի նվազագույն ներքին տրամագիծը՝ 0.5մմ (4.0մմ տրամագծերի դեպքում) կամ 0.7մմ (4.0մմ տրամագծերի դեպքում): Դիստալ մասը և սեղմող լարը պետք է կազմված լինեն նիթինոլից: Գործիքի մակերևույթին, դիստալ և պրոքսիմալ հատվածներում պետք է տեղադրված լինեն ռենտգենոկոնտրաստ Pt/Ir մարկերներ: Ընդ որում դիստալ հատվածում պետք է տեղադրված լինի նվազագույնը 3-4, պրոքսիմալ հատվածում նվազագույնը 1, իսկ գործիքի մակերևույթին նվազագույնը 3 շարքով (20 և 24մմ երկարությունների դեպքում) և 5 շարքով (40մմ երկարության դեպքում) Յական մարկեր: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթատուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>							<p>համապատասխան համաձայնագիր կնքելու օրվանից հաշված 20-օրացուցայի և օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 30օրացուցային օրը / եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/: Մատակարարումն ըստ պահանջի</p> <p><u>տվյալ կետը կիրառվում է բոլոր չափաբաժինների համար</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

17	33141136/ 532	Միկրոկաթ ետեր	Rebar, Medtronic,	<p>Միկրոկաթետերը նախատեսված է էնդովասկուլյար միջամտություններ իրականացնելու համար: համատեղելի Solitaire™ Platinum սարքի և Onyx™ հեղուկ էմբոլիզացիայի համակարգի հետ: մեկ կամ երկու ռենտգենոկոնտրաստ մարկերներ դիստալ հատվածում ինչպես նաև ծայրի կառուցվածքի փոփոխման հնարավորություն: Ներքին տրամագիծը՝ 0.015” կամ 0.017” կամ 0.021”։ Արտաքին տրամագիծը՝ 2.8F դիստալ հատվածում և 2.3F պրոքսիմալ հատվածում: Կաթետերի ընդհանուր երկարությունը՝ 158սմ, իսկ աշխատանքային երկարությունը՝ 153սմ: Հիդրոֆիլ արտաքին ծածկույթի առկայություն:Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:</p>	հատ	230000	1150000	5	Ք. Գյումրիի Գարեգ ին Նժդեհ 3/3	5	
18	33111310/ 522	Ստենտ	XACT, Abbott	<p>Ստենտի նյութը կառուցված՝ նիթինոլից: Ստենտը ինքնաբացվող և ունի ուղիղ և/կամ կոնաձ կառուցվածք: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ուղիղ ստենտերի առկա չափերը ըստ տրամագծերի պետք լինեն՝ 7.0, 8.0,</p>	հատ	350000	350000	1	Ք. Գյումրիի Գարեգ ին Նժդեհ	1	

				<p>9.0, 10.0 մմ, երկարությունները՝ 20, 30 մմ միջակայքում: Կոնաձև ստենտերի տրամագծերը՝ 6.0-8.0, 7.0-9.0, 8.0-10.0 մմ երկարությունները 30, 40 մմ միջակայքերում: Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ: Համաձայն ՀՕ-325-Ն «ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ Օրենքի 2-րդ հոդվածի, Մասնակիցը Հայտով պարտադիր պետք է ներկայացնի ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ:</p>					3/3		
19	33141211/521	Թրոմբից պաշտպա նող գործիք	Emboshield, Abbott	<p>Գործիքը նախատեսված է քնային անոթի միջամտության ժամանակ էմբոլիկ նյութերի հեռացման համար: Գործիքը նախատեսված է 2.5 ից 7.0 մմ տրամագծով անոթների համար: Կախված վիրահատվող անոթի առանձնահատկություններից ֆիլտրերի տրամագծերը՝ 5.0 (2.5-4.8 մմ</p>	հաստ	350000	350000	1	Ք. Գյումրի Գարեգ ին Նժդեհ 3/3	1	

				<p>տրամագծերով անոթների համար) և 7.2մմ (4.0-7.0 մմ տրամագծերով անոթների համար): մ</p> <p>Մատակարարելիս CE MARK որակի վկայականի/ների առկայությունը պարտադիր է: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պետք է ունենա ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ:</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>«ԳՆՈՐԴ»</p> <p>«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ</p> <p>Հասցե՝ ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 3/3</p> <p>ՀՎՀՀ 05539526</p> <p>Բանկ՝ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ, Գյումրիի մ/ճ</p> <p>Հ/Հ 1510019952250100</p> <p>Արմեն Բսահակյան</p> <p>Տնօրեն-----</p>	<p>«ՎԱՃԱՌՈՂ»</p> <p><<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ</p> <p>ք. Երևան, Արաբկիր 41փ., 12/3</p> <p>ՀՎՀՀ 00120301</p> <p><<Ակրա բանկ>> ԲԲԸ</p> <p>220290123490000</p> <p>Ա. Մարտիրոսյան.</p> <p>Տնօրեն-----</p>
--	---