

Արձանագրություն N 3

Վայոց Ձորի մարզային հիվանդանոցի հագեցման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԷԱԾԱՊՁԲ-2023/33» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«28» «Հունիսի» 2023թ.
Ժամը 15:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ
Հանձնաժողովի անդամներ

Ե. Էլիբեկյան
Վ. Վահանյան, Ա. Գևորգյան, Ա. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար
Բացակայում էր՝ Հ. Խուրշուդյանը

Հ. Սարգսյան

1. Գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Ընդունել ի գիտություն, որ 01.06.23թ. հրապարակվել է հրավեր էլեկտրոնային աճուրդ համակարգում: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2023 թվականի հունիսի 19-ին, ժամը 11:00-ին, իսկ հակադարձ աճուրդի մեկնարկը՝ 2023 թվականի հունիսի 20-ին ժամը 11:00-ին: 2023 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 14:00-ին գնահատող հանձնաժողովը հրավիրել է նիստ՝ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը բացելու նպատակով:

Հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Կազմակերպության էլ. հասցե	Կազմակերպության ՀՎՀՀ
1	«ԱՄԱ Մեդիքլ» ՍՊԸ	info@amamed.am	01332401
2	«Մարգ-Ֆարմացիա» ՍՊԸ	tenders@margpharma.com	00842845
3	«Սիուն» ՍՊԸ		00901201
4	«Դիավանտ» ՍՊԸ		00255375

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. Տվյալներ՝ բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարում առկա են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների մասով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Տվյալներ՝ ծրարների կազմման և ներկայացման հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին

(Ե. Էլիբեկյան)

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված ծրարը կազմված է հրավերի պահանջներին ոչ համապատասխան: Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել հայտերի գնահատումը և հնարավորություն տալ շտկել մասնակցին առձանագրված անհամապատասխանությունները և գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի միջոցով ծանուցել է մասնակցին շտկման մասին: Ստորև ներկայացվում է գնահատող հանձնաժողովի կողմից կազմված շտկման ծանուցումը.


«ԱՄԱ Մեդիքլ» ՍՊԸ

Հարգելի մասնակից:


«ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/34» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ուսումնասիրելով Ձեր կողմից ներկայացված մասնակցության հայտը, արձանագրել է մի քանի անհամապատասխանություններ, որոնք ենթակա են շտկման: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 41-րդ կետի պահանջները խնդրում ենք մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել հետևյալ անհամապատասխանությունները՝ գնահատող հանձնաժողովը Ձեր կողմից ներկայացնող ապրանքի արտադրողի պաշտոնական կայքի ուսումնասիրության ժամանակ չի հայտնաբերել «Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը 360°» չափանիշի առկայության մասին տեղեկատվությունը, անհրաժեշտ է շտկել կամ հաստատել հրավերի պահանջներով «Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը ոչ պակաս քան 240°» չափանիշը Ձեր կողմից ներկայացված «Ռենտգենյան ճառագայթիչի պտույտը 360°» առկայությունը: Ինչպես նաև անհրաժեշտ է շտկել Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքի հստակ որակի սերտիֆիկատների առկայությունը, բացառելով «կամ», «համարժեք» և նմանատիպ այլ երկակի մեկնաբանվող արտահայտությունները:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

 Ե. Էլիբեկյան


Անդամներ՝

 Վ. Վահանյան

 Ա. Գևորգյան

 Ա. Գրիգորյան

Քարտուղար՝

 Հ. Սարգսյան