

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի ապրիլի 16-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019 թվականի ապրիլի 17-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1: Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ հստակեցնել ԳՀԱՊՁԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ ծածկագրով մրցույթի 85 չափաբաժնի հետևյալ չափորոշիչները՝ վզիկի չափսերը ոչ պակաս, քան՝ 1.0 x 0.5 x 0.8 x 0.1 x 0.3 x 0.3, և 86 չափաբաժնի հետևյալ չափորոշիչները՝ վզիկի չափսերը ոչ պակաս, քան՝ 1.0 x 0.5 x 0.8 x 0.1 x 0.3 x 0.3: Նշված թվային չափսերը խնդրում ենք ցույց տալ "վզիկի" պատկերի վրա, կամ նշել նշված մեծություններից յուրաքանչյուրի անվանումը և չափման միավորը:

Պարզաբանում N 1: Չափսերը սահմանված են միլիմետրերով և բոլոր սահմանված չափսերի համար ընդունելի է 10% դրական կամ բացասական շեղումը:

- Վզիկի վերին հատվածը՝ 0.5մմ
- Վզիկի ստորին հատվածը՝ 1.0մմ
- Վվիկի կողմնային երկար հատվածը՝ 0.8մմ
- Վվիկի կողմնային կարճ հատվածը՝ 0.1մմ
- Վզիկի միջային հատվածի վերին հատվածը՝ 0.3մմ
- Վզիկի միջային հատվածի ստորին հատվածը՝ 0.3մմ

Հարցադրում N 2: Հարգելի հանձնաժողով, խնդրում ենք տալ պարզաբանում 36-րդ չափաբաժնի մասով քանի որ Ձեր կողմից նշված չէ թե ինչ տեսակի ամրակ է պահանջվում տիտանային թե պոլիմերային: Բնչպես նաև խնդրում եմ տալ պարզաբանում քանակի վերաբերյալ քանի որ Ձեր կողմից նշված 18 հատը Դուք ի նկատի ունեք 18 հատիկ, թե 18 քարթրիջ (մեկ քարթրիջում 6 հատիկ):

Պարզաբանում N 2: Ամրակի տեսակը նշված չէ, քանի որ ընդունելի է և՛ տիտանային, և՛ պոլիմերային տեսակը: Պահանջված 18 հատը նշանակում է $18 \times 6 = 108$ հատ վիրաբուժական կլիպս /նախահաշվային գինը սահմանվել է հենց այդ հաշվարկով/:

Հարցադրում N 3: Հարգելի հանձնաժողով, խնդրում ենք ներկայացնել պարզաբանում 59 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ: Ըստ նշված տեխնիկական բնութագրի Ֆիշեր և Փայթել 350 ապրանքանիշով խոնավացուցիչ գոյություն չունի: Առկա է Ֆիշեր և Փայթել 850 տարբերակը: Ենթադրաբար տեխնիկական բնութագրում առկա է վրիպակ: Խնդրում ենք պարզաբանել:

Պարզաբանում N 3: Խոնավացուցիչի տեսակն է «Ֆիշեր և Փայթել 850»:


Մույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տատյանա Միրզոյանին:

Հեռախոս՝ 060 651 471

Էլ. փոստ՝ procurement.ysmu2@gmail.com

«ԳՀԱՊԶԲ-2019/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

Նախագահ՝



Ա.Պետրոսյան

Անդամներ՝




Ա.Հակոբյան



Հ.Սարգսյան



Գ.Սկրտչյան



Է.Միրոյան