ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար **թթվածնի բալոնների լիցքավորման ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **«ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ **2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին** ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ **2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին** տրամադրված պարզաբանումը.

Հարցադրում N 1: Հարգելի պատվիրատու Ձեր կողմից առաջարկվող ճնշում 150մթ, հնարավոր է արդյոք մենք առաջարկենք 130 մթ:

Պարզաբանում N 1: «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի ենթակայությամբ գործող «Հերացի թիվ 1» և «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրների բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ բժշկական թթվածնով 1 բալոնի լիցքավորման ծավալը լինի 6մ^3 և 150մթ. ճնշում, առնվազն 98 տոկոս մաքրության թթվածին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող **Պավել Գաբրելյանին:**

Հեռախոս՝ **010 301250 (ներքին համար 250):**

Էլեկտրոնային փոստ՝ **marketing.ysmu10@gmail.com**:

«ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հանձնաժողովի նախագահ՝	(ստորագրությունը)	**Ա. Աղայան**
Հանձնաժողովի անդամներ՝	(ստորագրությունը)	**Հ. Ավետյան**
	(ստորագրությունը)	**Ս. Հովհաննիսյան**
	(ստորագրությունը)	**Խ. Ավետիսյան**
	(ստորագրությունը)	**Ռ. Գրիգորյան**
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	(ստորագրությունը)	**Պ. Գաբրելյան**

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

Настоящий текст заявления утвержден решением оценочной комиссии № 2 от 16 Сентября 2021 года и опубликован в соответствии со статьей 29 закона РА «О закупках»

Код процедуры: «ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия по процедуре запроса котировочных цен под кодом **«ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ»**, организованная с целью приобретения **«Услуг по заправке ремонту кислородных баллонов»** для нужд **фонда «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци»**, ниже представляет полученные **15 Сентября 2021г.** поставленные вопросы о приглашении с тем же кодом и разъяснения по этим вопросам представленные **16 Сентября 2021г.**:

Вопрос N 1: Уважаемый покупатель, вы предлагаете давление 150 мг, можем ли мы предложить 130 мг?

Разъяснение N 1: Для обеспечения нормальной работы больничных комплексов «Гераци № 1» и «Мурацан» под эгидой фонда «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци» необходимо, чтобы объем заправки 1 баллона с медицинским кислородом должен был 6м3 и давление 150мг, кислород чистотой не менее 98%.

Для получения дополнительной информации, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к координатору закупок **Павлу Габреяну**.

Телефонный номер: **010 301250 (внутренний номер 250)**:

Адресс электронной почты: **marketing.ysmu10@gmail.com**:

Оценочная комиссия по процедуре закупок по коду **«ԳՀԾՁԲ-2021/29-ԵՊԲՀ»**.

Председатель комиссии: _____ (подпись) Александр Агаян

Члены комиссии: _____ (подпись) Арутюн Аветян

_____ (подпись) Самвел Оганнисян

_____ (подпись) Хачатур Аветисян

_____ (подпись) Рафик Григорян

Секретарь комиссии: _____ (подпись) Павел Габрелян