

Արձանագրություն N 7

Протокол N 7

«ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-21/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

Внеочередное заседание оценочной комиссии под кодом «EQ-BMAPDzB-21/5»

ք. Երևան

29.01.2021թ.

Ժամը 12:00

г. Ереван

29.01.2021г.

12:00ч.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Բաբինյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ա. Չարխիֆալաքյանը, Տ. Սարգսյանը, Ս Բաղդասարյանը,

Ա. Ջոհրաբյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

Участвовали

Председатель комиссии К. Бабинян

Члены комиссии А. Чархифалакян, Т. Саргсян, С. Багдасарян, А. Зограбян

Секретарь комиссии Г. Мурадян

1. «ԵՔ-ԲՄԱՊԶԲ-21/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում  
26.01.2021 թվականին ներկայացված հարցմանը պարզաբանում  
տրամադրելու վերաբերյալ

Ответ на разъяснение по запросу поданного 26.01.2021 года в рамках  
закупочной процедуры под кодом «EQ-BMAPDzB-21/5»

(Կ. Բաբինյան

К. Бабинян)

Պարզաբանման պահանջի տեքստ 1

Текст запроса для разъяснения

Հարգելի գործընկեր՝

Մրցույթի հրավերի 6-րդ չափաբաժնի Բինոկույար մանրադիտակի համար պահանջվում է կայուն շրջանակի առկայություն, որի վրա կարելի է ամրացնել մոնոկույար, բինոկույար և տրինոկույար գլխիկներ:

Խնդրում ենք հստակ պարզաբանել թե մանրադիտակը ինչպիսի գլխիկով պետք է մատակարարվի՝

- Բինոկույար թե,

- Տրինոկույար ( ի դեպ տրինոկույար մանրադիտակը միաժամանակ հանդիսանում է նաև բինոկույար, 3-րդ աչքը նախատեսված է նկարահանումների համար բոլոր տեսակների տրինոկույար մանրադիտակների համար):  
 Ըստ հրավերի կարելի է ենթադրել, որ մանրադիտակը պահանջվում է առանց որևէ գլխիկի, քանի որ տեխնիկական բնութագրում շեշտվում է միայն կայուն շրջանակի առկայությունը:  
 Հայտնում ենք նաև, որ նման բարդ օպտիկական բնութագրեր ունեցող մանրադիտակները չեն լինում մոնոկույար տիպի: Մոնոկույար են լինում պարզ, ուսանողական, կամ աշակերտական մանրադիտակները:

**Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ. 1**






**Текст разъяснения**

Տեղեկացնում են, որ տեխնիկական բնութագրում նշվել է, որ «Օկույարներ՝ լայն դաշտ WF 10X/18» պահանջը, որը նշանակում է, որ մանրադիտակը պետք համալրված լինի բինոկույար գլխիկով, այդ իսկ պատճառով առանձին չի մատնանշվել գլխիկի տեսակը:  
 Իսկ «Բինոկույար մանրադիտակի համար պահանջվում է կայուն շրջանակի առկայություն, որի վրա կարելի է ամրացնել մոնոկույար, բինոկույար և տրինոկույար գլխիկներ:» Պահանջը նախատեսվել է անհրաժեշտության դեպքում այլ գլխիկներով համալրելու նպատակով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ 0:  
 Принято решение: за - 5, против - 0.

**Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.**

**Имена и фамилии членов комиссии, присутствующих на заседании.**

Հանձնաժողովի Комиссии		
Նախագահ՝ Председатель		Կ. Բաբինյան К. Бабинян
Անդամներ՝ Члены		Ա. Չարխիֆալաքյան А. Чархифалакян
		Տ. Սարգսյան Т. Саргсян
		Ս Բաղդասարյան С. Багдасарян
		Ա. Չոհրաբյան А. Зограбян
Քարտուղար՝ Секретарь		Գ. Մուրադյան Г. Мурадян