

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Միխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար գիտական աշխատանքների կազմակերպման համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2022 թվականի հունվարի 23-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2022 թվականի հունվարի 24-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1: Հարգելի գործընկերներ, 9-րդ լոտի անվանումն է՝ «Առաջին կարգի ջրի մաքրման համակարգ», մինչդեռ տեխնիկական բնութագրերում նշված է 2-րդ տիպի ջրի մաքրման համակարգի համար: Խնդրում եմ պարզաբանել, թե ինչ տեսակի ջրամատակարարման համակարգ է պահանջվում:

Պարզաբանում N 1: Պահանջվում է առաջին տիպի ջրի ստացում:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գայանե Աղամյանին:

Հեռախոս՝ 060 621 000 /249/

Էլ. փոստ՝ marketing.ysmu6@gmail.com

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

Հանձնաժողովի նախագահող՝



Կ.Ֆերեշետյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝



Մ.Միրումյան

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ**

Настоящий текст заявления утвержден решением оценочной комиссии № 2 от 24 Января 2022 года и опубликован в соответствии со статьей 29 закона РА «О закупках»

Код процедуры: «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия процедуры запроса котировки цен по коду «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ», организованное с целью приобретения товаров оборудования для организации научных работ для нужд фонда «Ереванского государственного медицинского университета имени Мхитара Гераци», ниже представляет поставленные вопросы о приглашении с тем же кодом полученные 23 Января 2022 года и разъяснения по этим вопросам представленные 24 Января 2022 г.

Вопрос N 1: Уважаемые коллеги, В 9 лоте в полном название указана «Система очистки воды, I класс», в то время как технические характеристики указаны для системы очистки воды 2 типа. Прошу прояснить, Система получение воды какого типа требуется.


Разъяснение N 1: Требуется получение воды первого типа.

Для получения дополнительной информации, связанной с данным объявлением, можете обратиться к координатору закупок Гаяне Адамян.


Номер телефона: 060 621 000 /249/

Адрес электронной почты: marketing.ysmu6@gmail.com

Оценочная комиссия по процедуре закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-12-ԵՊԲՀ» .

Председательствующий комиссии:  К. Ферешетян

Члены комиссии:



М. Мирумян