

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2020 թվականի հուլիսի 06-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ <<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ>>

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների և բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի հուլիսի 03-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի հուլիսի 06-ին տրամադրված պարզաբանումները:

Հարցադրում N 1: Խնդրում ենք նշել Ձեզ հարկավոր են պաշտպանիչ դիմակներ 70000 հատ ամսական թե ընդհանուր 70000 և առաքումը լինելու է ամեն ամիս թե մեկ անգամ:

Պարզաբանում N 1: Ի պատասխան ստացված հարցմանը պարզաբանում ենք հետևյալը. Վերը նշված ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի պայմանագրի նախագծի՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում (Հավելված 1) ամբողջությամբ և հստակ նկարագրված են ձեռք բերվող ապրանքի(ների) հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները՝ բացառելով տարակերպ մեկնաբանությունը: Միաժամանակ պարզաբանվում է, որ վերը նշված ընթացակարգի շրջանակներում ձեռքբերվող ապրանքի ընդհանուր քանակը կազմում է 70000 (յոթանասուն հազար) հատ և եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է, ընդ որում՝ <<...Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է 2020 թվականին՝ մասնավորապես միանվագ կամ փուլային ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի՝ 20 օրացույցային օրվա ընթացքում...>>:

Հարցադրում N 2: 12-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ խնդրում են տալ պարզաբանումներ. <<Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը 45°>>-նշված անկյունից $\pm 12^\circ$ ֆիքսված անկյամբ ռոտորը ընդունելի՞ է, թե ոչ:

Պարզաբանում N 2: <<Ռոտոր՝ ֆիքսված, անկյունը 45°>>-նշված անկյունից $\pm 12^\circ$ ֆիքսված անկյամբ ռոտորը ընդունելի չէ, քանի որ ցենտրիֆուգվելու են մեծամասամբ հելվ փորձանոթները, և եթե անկյունը լինի օրինակ -12° (33°), ապա կա հավանականություն, որ հելը կաչելու է պատերին և շիճուկը չի առանձնացվելու արյան բաղադրամասերից:

Հարցադրում N 3: <<Ժամանակի ցուցիչի տիրույթ՝ 0-30 րոպե կարգավորվող,>>-0-30 ժամանակի ցուցիչի տիրույթը վերաբերում է բուն ցենտրիֆուգման գործընթացին:

Պարզաբանում N 3: 0-30 ժամանակի ցուցիչի տիրույթը վերաբերում է բուն ցենտրիֆուգման գործընթացին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող **Պավել Գաբրելյանին:**

Հեռախոս՝ 011-621-000 (ներքին համար 250):

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu10@gmail.com:


<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-17-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով.

Հանձնաժողովի նախագահ՝



(ստորագրությունը)

Լ. Դանիելյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝


(ստորագրությունը)

Ա. Պետրոսյան


(ստորագրությունը)

Ա. Հակոբյան


(ստորագրությունը)

Է. Միրոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝


(ստորագրությունը)

Պ. Գաբրելյան

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссией № 2 от 06-го июля 2020 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения «о Закупах».

Код процедуры <<ԳՍԴԲ-2020/16-17-ԵՐՄԻ>>

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом <<ԳՍԴԲ-2020/16-17-ԵՐՄԻ>> организованной с целью приобретения товаров медицинского значения и медицинского оборудования для нужд Фонда <<Ереванского государственного медицинского института имени М.Гераци ниже предоставляет запрос полученный 03-го июля 2020 года и предоставленный 06-го 2020 года по нему разъяснение относительно приглашению по под кодом <<ԳՍԴԲ-2020/16-17-ԵՐՄԻ>>.

Запрос N 1: Прошу отметить Вам необходимо 70000 шт защитных масок ежемесячно или всего 70000шт защитных масок, и доставка будет осуществлена ежемесячно или однократно.

Разъяснение N 1: В ответ на запрос уточняем следующее: По упомянутому выше коду по процедуре закупа в проекте приглашения договора – в частности в технической характеристике – в графике покупок (Приложение 1) четко описаны свойства приобретаемого товара(ов) а также условия их приобретения и форма оплаты. Одновременно разъяснено что общее количество приобретаемого товара всего составляет 70000 (семьдесят тысяч) штук. Если при действующем договоре, Заказчик запросил заказ на поставку не всей партии товара закупа в течение срока действия контракта то контракт будет расторгнут в отношении не поставленной остаточной партии приобретенного товара. <<Поставка товара осуществляется в 2020 году, в частности, одновременно или поэтапно по требованию Заказчика в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу договора.

Запрос N 2: Дать разъяснения относительно по технической характеристике лота № 12. «Ротор фиксированный угол 45°» отклонения от указанного угла ротора $\pm 12^\circ$, допустимы или нет?

Разъяснение N 2: В ответ на запрос уточняем следующее: Отклонения от указанного угла «Ротор фиксированный угол 45°» на $\pm 12^\circ$ не допустимо, так как в большинстве случаев центрифугируются пробирки с гелем, и если будем иметь угол например -12° (33°), то вероятность того что гель зафиксирован на стенках пробирки и сыворотка не отделится от форменных элементов.

Запрос N 3: Дать разъяснения относительно диапазон индикатора времени, 0-30 минут регулирующем режиме относиться к конкретно времени центрифугирования?

Разъяснение N 3: В ответ на запрос уточняем следующее: Диапазон индикатора времени, 0-30 минут, относиться конкретно времени центрифугирования.


Для получения дополнительной информации в связи с объявлением можно обратиться к секретарю оценочной комиссии Павлу Гарибяну .

Телефон 011-621-000 (250):

Эл. Почта marketing.ysmu10@gmail.com:


Оценочная комиссия по котировке цен по процедуре закупа <<ԳՍԴԲ-2020/16-17-ԵՐՄԻ>>

Председатель комиссии



(подпись)

Л. Даниелян


Члены комиссии


(подпись)

А. Петросян



(подпись)

А. Акобян


(подпись)

Э. Мироян

Секретарь комиссии


(подпись)

П. Габрелян