

Արձանագրություն N 2

Протокол N 2

Արժույթի ծննդատուն ՊՓԲԸ -Ի կարիքների համար
ԱԲԾ--ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ծածկագրով գնում կատարելու գնահատող հանձնաժողովի նիստի
Заседание оценочной комиссии по проведению закупки по коду АԲԾ--ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06

ք.Արժույթ

24/06/2026թ

Г. Абовян

Ժամը 14:00

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա.Ղուկասյան

Անդամներ՝ Լ.Գալստյան, Հ.Խաչիկյան, Ք.Սարգսյան, Ֆ.Ղազոյան

Քարտուղար՝ Ս.Աղաջանյան

Оценочная комиссия:

Председатель: А. Гукасян

Члены: Галстян Л., Хачикян А., К.Саргсян., Ф.Газоян

Секретарь: С. Агаджанян

Հայտերի բացման մասին

Об открытии торгов

Ա.Ղուկասյան. А. Гукасян

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակցության հայտ են ներկայացրել .

Признать, что заявки подали

h/h	Անվանում
1	Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ
2	Դելտա ՍՊԸ
3	ՌՈՄԱ ՍՊԸ
4	ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ
5	ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ
6	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ

1.2 Մասնակիցների հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան,

Заявки участников были составлены и поданы в соответствии с требованиями приглашения.

1,3 Մասնակիցների հայտերում, պահանջվող փաստաթղթերը առկա են:

Կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան 1-ին չափաբաժնի մասով Ռոմա ՍՊԸ-ի կողմից, 2-րդ չափաբաժնի մասով Ռոմա ՍՊԸ-ի և Դելտա ՍՊԸ-ի կողմից:

Սյուս մասնակիցների կողմից առկա են հետևյալ թերությունները և բացթողումները.

Առաջին չափաբաժնի մասով.

ա/ Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրում.

- նշված է մեկ ֆիլտր՝ հրավերով պահանջված 3 -ի փոխարեն
- ֆիլտրի տիրույթը չի համապատասխանում պահանջվածին:
- առկա չէ հրավերով պահանջված օպտիկական համակարգի ավտոմատ կարգավորման հնարավորությունը
- դիսպլեյի համար ներկայացված է 4" , որն ավելի փոքր է, քան պահանջված 110x80-ը
- ներկայացված է որակի սերտիֆիկատ ISO13425, սակայն հրավերով պահանջված է ISO13425, ISO 9001, CE:

բ/ Դելտա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագրում առկա չէ դիսպլեյի չափսը:
 գ/ ՏԻՎԱՍՈՆ ՍՊԸ -ի և ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված <<Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր>> հավելվածի աղյուսակը լրացված չէ:

Երկրորդ չափաբաժնի մասով

ա/ Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր>> հավելվածում լրացված չեն առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը, ապրանքային նշանը, մակնիշը, արտադրողի անվանումը:

բ/ Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված է որակի սերտիֆիկատ ISO13425, սակայն հրավերով պահանջված է ISO13425, ISO 9001:

Մեր կողմից ուսումնասիրված արտադրողի պաշտոնական տեխնիկական բրոշյուրում և օգտագործողի ձեռնարկում չեն հայտնաբերվել բավարար տվյալներ, որոնք կհաստատեն, որ BGA-102 սարքը իրականացնում է հետևյալ ցուցանիշների հաշվարկն ու արտածումը՝ *Base(B,ox)* և *Base(Ecf,ox)*: Բացի այդ, արտադրողի պաշտոնական փաստաթղթերում չի հայտնաբերվել տեղեկատվություն, որը կհաստատի սարքի՝ *առաջնային վակուումային փորձանոթներից անմիջական նմուշառմամբ աշխատելու հնարավորությունը*:

գ/ ՏԻՎԱՍՈՆ ՍՊԸ -ի և ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված <<Առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիր>> հավելվածի աղյուսակը լրացված չէ:

1.3 В заявках участников необходимые документы имеются, составлены и поданы в соответствии с требованиями приглашения только компанией Roma LLC. У других участников имеются следующие недостатки и упущения:

Относительно первого этапа:

а) Техническая спецификация, представленная компанией Analiz-Med LLC:

— указан один фильтр вместо трех, требуемых приглашением;

— диапазон фильтров не соответствует требуемому.

— Возможность автоматической настройки оптической системы, требуемой в соответствии с приглашением, отсутствует.

— Представленный для дисплея размер 4 дюйма меньше требуемого 110x80.

— Представлен сертификат качества ISO13425, но в приглашении требуются сертификаты ISO13425, ISO 9001, CE.

б/ В технической спецификации, представленной компанией Delta LLC, не указан размер дисплея.

с/ Таблица в приложении «Полное описание продукта», представленном компаниями TICASON LLC и HAR GROUP 5 LLC, не заполнена.

Относительно второй дозы:

а/ Приложение «Полное описание продукта», представленное компанией Immunopharm LLC, не содержит названия торговой марки, товарного знака, торговой марки и названия производителя предлагаемого продукта.

б/ В технической спецификации, представленной компанией Analiz-Med LLC, отсутствует сертификат качества ISO 9001. В изученных нами официальных технических брошюрах и руководстве пользователя производителя не было найдено достаточных данных, подтверждающих, что устройство BGA-102 вычисляет и выдает следующие показатели: *Base(B,ox)* и *Base(Ecf,ox)*. Кроме того, в официальных документах производителя не было найдено информации, подтверждающей возможность работы устройства с *прямым отбором проб из первичных вакуумных пробирок*.

с/ Таблица в приложении «Полное описание продукта», представленном компаниями TICASON LLC и HAR GROUP 5 LLC, не заполнена.

1.4 Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկի մասին ներկայացված են ստորև.

Ниже представлены данные о ценовых предложениях, представленных участниками:

Չափաբաժնի համար	Ներկայացված հայտեր	Նախահաշվային գին	Վերջին առաջարկ			Մասնակցի կարգավիճակ
			Արժեք	ԱԱՀ	Գին	
1	Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ	850000 AMD	693000 AMD	20%	831600.00 AMD	
1	Դելտա ՍՊԸ	850000 AMD	700920 AMD	0%	700920.00 AMD	
1	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	850000 AMD	850000 AMD	0%	850000.00 AMD	
1	ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ	850000 AMD	909000 AMD	0%	909000.00 AMD	Մերժված
1	ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ	850000 AMD	9754000 AMD	20%	11704800.00 AMD	Մերժված
2	Իմմունոֆարմ ՍՊԸ	2500000 AMD	950000 AMD	20%	1140000.00 AMD	
2	Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ	2500000 AMD	1150000 AMD	0%	1150000.00 AMD	
2	Դելտա ՍՊԸ	2500000 AMD	1226000 AMD	0%	1226000.00 AMD	
2	ՌՈՍԱ ՍՊԸ	2500000 AMD	2500000 AMD	0%	2500000.00 AMD	
2	ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ	2500000 AMD	3033000 AMD	0%	3033000.00 AMD	Մերժված
2	ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ	2500000 AMD	9754000 AMD	20%	11704800.00 AMD	Մերժված

1.5 ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ-ի և ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցում են նախահաշվային գները:

2.Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց
Оценочная комиссия приняла решение
Ա.Ղուկասյան Ա.Գուкасян

2.1 Նախահաշվային զինը գերազանցելու հիմքով պայմանավորված չեղյալ հայտարարել ՏԻԿԱՍՈՆ ՍՊԸ -ի և ՀԱԲ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ -ի հայտերը;

2.1 Отклонить заявки ООО «TICASON» и ООО «HAR GROUP 5» по причине превышения оценочной цены;

2.2 Ծանուցել Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ -ին, Դելտա ՍՊԸ -ին, Իմունոնֆարմ ՍՊԸ -ին մեկօրյա ժամկետում շտկել սույն արձանագրության 1.3 կետում թվարկված թերություններն ու բացթողումները:

Խնդրում ենք Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ -ին ներկայացնել BGA-102 սարքի համար իր արտադրողի պաշտոնական *Product Brochure, **User Manual* կամ արտադրողի կողմից տրված պաշտոնական տեխնիկական հաստատում, որոնցում հստակ նշված կլինի վերոնշյալ 1,3 կետում նշված պահանջների համապատասխանությունը:

Уведомить ООО «Analiz-Med», ООО «Delta», ООО «Immunopharm» об устранении недостатков и упущений, указанных в пункте 1.3 настоящего протокола, в течение одного дня. Просим предоставить компании Analiz-Med LLC официальную *брошюру о продукте, **руководство пользователя* или официальное техническое разрешение, выданное производителем для устройства BGA-102, в котором будет четко указано соответствие требованиям, указанным в пункте 1.3 выше

2.3 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել 03-07-2026թ. ժամը 12:15-ին:

Созвать сессию 03-07-2026. в 12:15:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0: Принято решение: за -5, против – 0

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝ Председателц

Ա.Ղուկասյան, Ա.Գուкасян

Անդամներ՝

Լ.Գալստյան, Լ.Գалстян

Члены

Ք.Սարգսյան, К.Саргсян

Հ.Խաչիկյան, А.Хачикян

Ֆ.Ղազոյան, Ф.Газоян

Քարտուղար, Секретарь

Ս. Աղաջանյան С. Агаджанян