

## **ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** **հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի 2026 թվականի մարտի 23-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ»

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի աշխատանքների կազմակերպման նպատակով բժշկական նշանակության ապրանքների և սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մարտի 20-ին, ժամը 17:20-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մարտի 23-ին տրամադրված պարզաբանումը՝

### **Հարցադրում N 1:**

«Հարգելի գործընկեր, 56-րդ չափաբաժնի մասով խնդրում եմ հստակեցնել, միանգամյա օգտագործման նորաձնային SpO2 սենսորի մասով: Այս սենսորները սովորական միացվում են SpO2 հիմնական լարին, որն ունի մեկանգամյա սենսորի հետ միացման համապատասխան պորտ: Եվ մեկանգամյա սենսորը անմիջապես մոնիտորին չի միացվում: Խնդրում եմ հստակեցնել ձեզ 50 հատ մեկանգամյա սենսորից բացի մեկ հատ հիմնական լարը բավարար է, թե ոչ: Կամ եթե առկա է այլ մոտեցում, խնդրում եմ մանրամասնել»

### **Պարզաբանում N 1:**

Հարգելի գործընկեր,

56-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ պահանջվող միանգամյա օգտագործման նորաձնային SpO2 սենսորները նախատեսված են համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող iS10 Express SINOHERO մոնիտորների հետ կիրառման համար:

Պարզաբանվում է, որ 50 հատ միանգամյա օգտագործման նորաձնային SpO2 սենսորներից բացի պարտադիր է տրամադրել նաև մեկ հատ համապատասխան բազմակի օգտագործման հիմնական լար, որը լիարժեք համատեղելի կլինի նշված մոնիտորի հետ և կապահովի սենսորների անմիջական և անխափան շահագործումը՝ առանց լրացուցիչ ադապտերների (մատակարարումը պետք է լինի ամբողջական և ապահովի սենսորների

անմիջական շահագործումը առկա սարքավորման հետ): Հիմնական լարը պետք է ներառված լինի առաջարկի ընդհանուր արժեքի մեջ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Էդգար Ադիլխանյանին:

Հեռախոս՝ (010) 30-10-00 (438)

Էլեկտրոնային փոստ՝ marketing.ysmu11@gmail.com:

«ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝


  
\_\_\_\_\_

Անի Հակոբյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

  
\_\_\_\_\_

Հասմիկ Սարգսյան

  
\_\_\_\_\_

Անահիտ Օհանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

  
\_\_\_\_\_

Էդգար Ադիլխանյան

## **ОБЪЯВЛЕНИЕ**

### **о разъяснении приглашения**

Настоящий текст объявления утвержден решением № 3 оценочной комиссии от 23 марта 2026 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках»

Код процедуры: «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ», организованной в целях приобретения товаров и оборудования медицинского назначения для организации работ университетского больничного комплекса «Мурацан» фонда «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци», ниже представляет запрос, полученный 20 марта 2026 года в 17:20 относительно приглашения под тем же кодом, и предоставленное 23 марта 2026 года разъяснение по нему:

#### **Запрос № 1:**

«Уважаемый партнер, по 56-му лоту прошу уточнить информацию относительно одноразового неонатального датчика SpO2. Эти датчики обычно подключаются к основному кабелю SpO2, который имеет соответствующий порт для соединения с одноразовым датчиком. И одноразовый датчик не подключается напрямую к монитору. Прошу уточнить, достаточно ли вам одного основного кабеля помимо 50 штук одноразовых датчиков или нет. Или, если имеется другой подход, прошу детализировать.»

#### **Разъяснение № 1:**

Уважаемый партнер

По 56-му лоту сообщаем, что требуемые одноразовые неонатальные датчики SpO2 предназначены для использования с мониторами iS10 Express SINOHERO, эксплуатируемыми в университетской больнице.


Разъясняется, что помимо 50 штук одноразовых неонатальных датчиков SpO2, обязательно необходимо предоставить также один соответствующий многоразовый основной кабель, который будет полностью совместим с указанным монитором и обеспечит прямое и бесперебойное использование датчиков без дополнительных адаптеров (поставка должна быть полной и обеспечивать непосредственную эксплуатацию датчиков с имеющимся оборудованием). Основной кабель должен быть включен в общую стоимость предложения.


Для получения дополнительной информации по настоящему объявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки под кодом «ԷԱԾԱՊՁԲ-2026/16-14-ԵՊԲՀ» Эдгару Адилханяну.

Телефон: (010) 30-10-00 (438)

Электронная почта: marketing.ysmu11@gmail.com

Председатель комиссии:  Ани Акопян

Члены комиссии:  Асмик Саркисян

 Анаит Оганян

Секретарь комиссии:  Эдгар Адилханян