

ԳԱՊՈՒՍԱՌՈՂ ՈՒՍԱԾԱՑՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱԿԵՐԹ ՆԻՍՏԻ /внеочередного заседания оценочной комиссии/

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), գնման առարկայի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретаемой услуге, о проведении заседания/

Պատվիրատու/ Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը/ Адрес	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊԶԲ-2/24 / НАЕК-ВМАРДЗВ-2/24
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемой услуги	«Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից»/ "Полупроводниковый детектор из чистого германия"
Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ/ ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը/ Дата и время проведения заседания	15.08.2024թ. Ժամը 15:00/ 15.08.2024г. в 15:00 ч.
Նիստի անցկացման նպատակը/ Цель проведения заседания	Հրավերում փոփոխություն կատարելու և պարզաբանում տրամադրելու մասին/ О внесении изменений и о разъяснение в приглашение

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին
Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании

Հանձնաժողովի նախագահ/ Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ/ Члены комиссии	Մ. Կիրակոսյան / М. Киракосян	ՌԱԲ պետ / Начальник ОРБ
	Կ. Փյունյացյան / К. Пюсюляян	ՌԱԲ լաբարատորիայի պետ / заведующий лабораторией ОРБ
	Վ. Մանուկյան / В. Манукян	ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետ / Специалист 1 кат. ОЗ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / ведущий инженер ОЗ
Քարտուղար/ Секретарь	Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян	ԳԸԲ 1-ն կարգի մասնագետ / Специалист 1 к. ОЗП
Այլ տեղեկատվություն/ Другая информация	Հանձնաժողովի անդամ՝ Մ. Կարապետյանը նիստին ներկա չէր:/ Член комиссии М. Карапетян на заседании не присутствовал.	

Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն՝ Ս. Մա, նոսյանի հանձնարարականի հիման վրա: /Внеочередное заседания созвал заместитель генерального директора-директор по общим ЗАО «ААЭС», вопросам С.Матевосяна.

Համակարգող քարտուղարը ներկայացրեց, որ ստացել է պարզաբանման հարցում հետևյալ բովանդակությամբ՝

Координационный секретарь сообщил ,что получил разъяснения по следующему содержанию:

Հարցադրում N 1

- Հարգելի՛ գործընկեր, մեր հարցադրումն ըստ էության մնացել է անսպասախան: Խնդրում ենք հասկապել, որ ընդունելի են այնպիսի ծավալով մաքուր գերմանիումից բյուրեղներով դեկետրներ, որոնց դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել 30 տոկոսից բարձր հարաբերական էֆեկտիվություն, պայմանով, որ արտադրությունից և կարգաբերումից հետո դրանց երկրաչափական պարամետրերը կնշվեն անձնագրում:*

Запрос №1

- Уважаемый коллега, наш вопрос остался по сути без ответа. Подтвердите, что допустимы детекторы с кристаллами чистого германия такого объема, при котором можно будет обеспечить относительную эффективность выше 30 процентов, при условии указания их геометрических параметров в паспорте после изготовления и настройки.*

Միաժամանակ համակարգող քարտուղարը ներկայացրեց, որ պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ստացել է ծառայողական փոփոխություն հրավերում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ՝

Հրավերով ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում ավելացնել հետևյալ լրացուցիչ պայմանը.

8. ORTEC или Baltic Scientific Instruments ապրանքանիշի դետեկտորների առաջարկի դեպքում մատակարարը պետք է իրականացնի սարքավորման աշխատանքային ծրագրի ուսուցում:

В то же время координационный секретарь сообщил, что получил служебное письмо от ответственного отдела о внесении изменения в приглашение:

В техническую характеристику товара, представленного в приглашении, добавить следующее дополнительное условие:

8. В случае предложения детекторов марки ORTEC или Baltic Scientific Instruments поставщик обязан провести обучение по программе работы оборудования.

Գնահատող հանձնաժողովը քննարկեց և որոշեց.

- Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տրված ծառայողական գրության մասով՝ հրավերում կատարել փոփոխություն (Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն):

Փոփոխության նկարագրություն.

Հրավերով ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում ավելացնել հետևյալ լրացուցիչ պայմանը, այն է՝

8. ORTEC или Baltic Scientific Instruments ապրանքանիշի դետեկտորների առաջարկի դեպքում մատակարարը պետք է իրականացնի սարքավորման աշխատանքային ծրագրի ուսուցում:

- Ստացված հարցմանը՝ տալ պարզաբանում(Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն):

Պարզաբանում N 1.

Կարևոր պայմաններից մեկը 30 տոկոսից ոչ պակաս հարաբերական էֆեկտիվությունն է: Պահանջվող էֆեկտիվության ապահովման վրա ազդում է բյուրեղի ծավալը, բայց մաքուր գերմանիումից պատրաստված դետեկտորի բնութագրերում (անձնագրում) գործարանում միշտ նշվում է տրամագիծը և հաստությունը:

Оценочная комиссия обсудила и приняла решение.

- Касательно служебного письма от ответственного отдела: внести изменения в приглашение (согласно статье 29 Закона РА «О закупках»).

Описание изменения:

К технической характеристике товара, представленной в приглашении, добавить следующее дополнительное условие, а именно:






8. В случае предложения детекторов марки ORTEC или Baltic Scientific Instruments поставщик обязан провести обучение по программе работы оборудования.

- Касательно полученного запроса: предоставить разъяснения.

Разъяснение № 1

Одним из важных условий является относительная эффективность не менее 30 процентов. На обеспечение требуемой эффективности влияет объем кристалла, но диаметр и толщина всегда указываются в характеристиках (паспорта) детектора из чистого германия. фабрика.

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0: Принято решение за - 4 , против-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии		Ա. Ղազարյան / А. Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии		Մ. Կիրակոսյան / М. Киракосян
		Վ. Մանուկյան / В. Манукян
Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь		Կ. Փյուսքուլյան / К. Пюскюлян
		Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян