

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2.2 от 10-го июля 2026 года
и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры **CHD-GHAPDzB-2026/01**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **CHD-GHAPDzB-2026/01**, организованной с целью приобретения **лабораторного оборудования** для нужд фонда «Дорожный департамент», ниже представляет запросы относительно приглашения по тому же коду полученные 10 июля 2026г. и предоставленные 10.07.2026г. по ним разъяснения:

Запрос №1: Информируем вас о том, что некоторые значения, указанные в технических спецификациях, были изменены производителями. Информация, доступная на сайтах производителей и их представителей в части значений этих критериев, является устаревшей и не соответствует фактически выпускаемым устройствам. В частности:

- Начальная температура охлаждения: требуется от $+20^{\circ}\text{C}$, фактически производится от $+15^{\circ}\text{C}$.
- Конечная температура и время охлаждения: требуется достижение температуры $-50,0^{\circ}\text{C}$ за 5 часов, фактически производится до -45°C за 4,6 часа.
- Время выдержки на этапе охлаждения: требуется удерживать цикл 3 часа, предлагается 2,6 часа.
- Конечная температура оттаивания: требуется нагрев до $+20,0^{\circ}\text{C}$, в предложении указано $+15,0^{\circ}\text{C}$.

Просим изучить и учесть актуальные технические спецификации, представленные ниже. Также просим разъяснить, являются ли приемлемыми представленные изменения.

Разъяснение №1: В техническом задании приглашения под кодом **CHD-GHAPDzB-2026/01** техническая характеристика на камеру для определения морозостойкости бетонных тротуарных плит выполнена на основании действующего ГОСТА 17608-2017(EN 1338:2004, NEQ) и в результате проведенного исследования было подтверждено, что на рынке имеются холодильные камеры, соответствующие вышеуказанным техническим спецификациям. По данному стандарту

- Морозильная камера должна обеспечивать достижение и поддержание температуры воздуха от $-50\pm 5^{\circ}\text{C}$ до $+20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, а температурный режим испытания образцов должен быть следующим:
- Понижение температуры раствора хлорида натрия до $-50\pm 5^{\circ}\text{C}$ – продолжительность $5,0\pm 0,5$ часов
- Выдержка при температуре раствора хлорида натрия $-50\pm 5^{\circ}\text{C}$ – продолжительность $3,0\pm 0,5$ часов
- Оттаивание до температуры раствора хлорида натрия $+20\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ – продолжительность $16,0\pm 0,5$ часов

Следовательно по требованиям нормативного стандарта морозильная камера должна иметь рабочую температуру именно -50°C , с поправкой $\pm 5^{\circ}\text{C}$ во время работы.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом **CHD-GHAPDzB-2026/01** **Армине Шалунцу**.

Телефон: 010 54 21 76

Электронная почта: procurement@armroad.am

Заказчик: ФОНД «ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ»

В случае каких-либо расхождений между русской и армянской версиями официальная армянская версия будет иметь приоритетное значение.