

**գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի /внеочередного заседания оценочной комиссии/**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), գնման առարկայի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретаемой услуги, о проведении заседания/</b>	
<b>Պատվիրատու/ Заказчик</b>	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК»
<b>Գտնվելու վայրը/ Адрес</b>	<b>ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր/ РА, Армавирский марз, г. Мецамор</b>
<b>Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Код процедуры</b>	ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊԶԲ-2/24 / НАЕК-ВМАРДЗВ-2/24
<b>Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը/ Наименование приобретаемой услуги</b>	<b>«Կիսահաղորդչային դետեկտոր մաքուր գերմանիումից»/ "Полупроводниковый детектор из чистого германия"</b>
<b>Նիստի անցկացման վայրը/ Место проведения заседания</b>	<b>«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ/ ЗАО «ААЭК», административный корпус</b>
<b>Նիստի անցկացման օրը և ժամը/ Дата и время проведения заседания</b>	<b>12.08.2024թ. ժամը 15:00/ 12.08.2024г. в 15:00 ч.</b>
<b>Նիստի անցկացման նպատակը /Цель проведения заседания</b>	<b>Հրավերի պարզաբանման մասին / О разъяснении приглашения</b>

**2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին**  
*Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании*

<b>Հանձնաժողովի նախագահ/ Председатель комиссии</b>	<b>Ա. Ղազարյան / А. Казарян</b>	<b>ԳԲ պետ / Начальник ОЗ</b>
<b>Հանձնաժողովի անդամներ/ Члены комиссии</b>	<b>Մ. Կիրակոսյան / М. Киракосян</b>	<b>ՌԱԲ պետ / Начальник ОРБ</b>
	<b>Կ. Փյունբուլյան / К. Пюнкюлян</b>	<b>ՌԱԲ լաբարատորիայի պետ / заведующий лабораторией ОРБ</b>
	<b>Վ. Մանուկյան / В. Манукян</b>	<b>ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետ / Специалист 1 кат. ОЗ</b>
	<b>Մ. Կարապետյան / М. Карапетян</b>	<b>ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / ведущий инженер ОЗ</b>
<b>Քարտուղար/ Секретарь</b>	<b>Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян</b>	<b>ԳԸԲ 1-ն կարգի մասնագետ / Специалист 1 к. ОЗП</b>
<b>Այլ տեղեկատվություն/ Другая информация</b>		

**Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն՝ Ս. Մաթևոսյանի հանձնարարականի հիման վրա:**

Внеочередное заседания созвал заместитель генерального директора-директор по общим ЗАО «ААЭС», вопросам С.Матевосяна.

**Համակարգող քարտուղարը ներկայացրեց, որ ստացել է պարզաբանման հարցում հետևյալ բովանդակությամբ՝**

*Координационный секретарь сообщил ,что получил разъяснения по следующему содержанию:*

*Հարցադրում N 1*

- Հարգելի՛ գործընկեր, տեխնիկական բնութագրում ներկայացված է պահանջվող երեք սրաքավորումներից միայն մեկի՝ Canberra - ի տեխնիկական բնութագրերը: Ինդրում ենք հաստատել, որ ձեզ համար ընդունելի են երեքն էլ: Կան պարամետրեր, որոնք տարբերվելու են մյուս արտադրողների մոտ: Մասնավորապես՝ էլեկտրական և ֆիզիկական պարամետրերը, համաձայն տեխնիկական բնութագրի, ֆիքսված թվեր են: Դրանք վերջնական ճշգրտվում են արտադրական պրոցեսից և կարգաբերումից հետո և նախապես հնարավոր չէ կանխորոշել: Ինդրում ենք հաստատել, որ ընդունելի են հրավերի տեխնիկական բնութագրում նշվածից տարբերվող, արտադրությունից և կարգաբերումից հետո հստակեցված պարամետրերի արժեքները:

*Запрос №1*

- Уважаемый партнер, в техническом задании представлены технические характеристики только одного из трех требуемых двигателей – Canberra. Пожалуйста, подтвердите, что все три приемлемы для вас. Есть параметры, которые будут отличаться от других производителей. В частности, электрические и физические параметры имеют фиксированные значения согласно технической спецификации. Окончательно они корректируются после процесса изготовления и регулировки и не могут быть определены заранее. Пожалуйста, подтвердите, что значения параметров, указанные после изготовления и настройки, отличные от указанных в технических характеристиках приглашения, являются приемлемыми.

**Հանձնաժողովը քննարկեց և որոշեց՝**

Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ տրամադրել պարզաբանում:

Պարզաբանում N 1

- Հարգելի գործընկեր,տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ հայտում նշված տեխնիկական բնութագրերը՝ մասնավորապես ֆիզիկական պարամետրները, բերված են կայանում գոյություն ունեցող դետեկտորի և նրա կենսաբանական պաշտպանության չափերից ելնելով:Մեզ համար ընդունելի է. դետեկտորի ակտիվ տրամագիծը ոչ պակաս քան 62,0 մմ,հաստությունը ոչ պակաս քան 41,7 մմ, հեռավորությունը ոչ պակաս քան 4,7 մմ: Ինչ վերաբերվում է էլեկտրական բնութագրերին նրանք կարողեն լինեն այլ, բայց չազդեն հիմնական աշխատանքային բնութագրերի վրա: Մնացած բնութագրերը անփոփոխ են:

Комиссия обсудила и решила:

Предоставить разъяснения по технической характеристике, представленной в приглашении.

Разъяснение № 1

- Уважаемый партнер, сообщаем Вам, что технические характеристики, указанные в заявке, в частности физические параметры, основаны на размерах существующего детектора и его биологической защиты на станции. Для нас приемлемо: Активный диаметр детектора не менее 62,0 мм, толщина не менее 41,7 мм, расстояние не менее 4,7 мм. Что касается электрических характеристик, то они могут быть разными, но на основные рабочие характеристики не влияют. Остальные характеристики не изменились.

Ձևորւմէց որոշում՝ կողմ - 4 , դեմ - 0: Принято решение за -4 , против-0

<b>Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии</b>		<b>Ա. Ղազարյան / А. Казарян</b>
<b>Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии</b>		<b>Մ. Կիրակոսյան / М. Киракосян</b>
		<b>Կ. Փյուսքուլյան / К. Пюскюлян</b>
		<b>Վ. Մանուկյան / В. Манукян</b>
		<b>Մ. Կարապետյան / М. Карапетян</b>
<b>Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь</b>		<b>Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян</b>