

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N2

«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3» ծածկագրով բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի նիստի
Նիստի անցկացման՝
-վայրը՝ Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 321/1
սենյակ.
-օրը՝ 17.01. 2020թ,- ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Կ. Բաբինյան

Գ. Անտոնյան, Տ. Սարգսյան, Ա. Խառատյան, Զ.

Գեղեղյան

Ի. Եղիազարյան

Պարզաբանման վերաբերյալ

Ընդունելի գիտություն, որ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի
վերաբերյալ ստացվել պարզաբանման հարցում.

Հարցադրում < Ճեղքային լամպի տեխնիկական պայմաններում նշված է՝ Ճեղքային բարձրությունը՝
շարունակական 21-14 մմ, խնդրում եմ հաստատել արդյոք այստեղ չկա տպագրական սխալ:>

Գնահատող հանձնաժողովի կողմից տրված պարզաբանում

< Ի պատասխան ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի վերաբերյալ կատարված
պարզաբանման տեղեկացնում եմ, որ 2-րդ չափաբաժնի մասով տեղի է ունեցել տեխնիկական վրիպակ՝
ճեղքային լամպի տեխնիկական բնութագրում նշված է ճեղքային բարձրությունը շարունակական 21-14 մմ,
սակայն պետք է լինի 1-14 մմ:>

Ընդունվել է որոշում՝

կողմ-5

դեմ-0

Հանձնաժողովի. Նախագահ՝		
		Կ. Բաբինյան
Անդամներ՝		Գ. Անտոնյան
		Տ. Սարգսյան
		Ա. Խառատյան
		Զ. Գեղեղյան
Քարտուղար՝		Ի. Եղիազարյան