

## ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/95 ծածկագրով մրցույթի պարզաբանում

Հարց 1- Տալ պարզաբանում ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/95 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերի 3-րդ չափաբաժնի մասով: Ազյուտինացիոն քարտ՝ Ազյուտինացիայի մեթոդով հակամարմինների և հակաձինների հայտնաբերման 126 x 70 մմ չափսերով, թղթյա, սպիտակ մակերեսով, 18 մմ տրամագույնով 10 գոգ. առանձին օղակներից (2 x 5) 1-10 համարակալումով կազմված քարտ կհամարվի՞ համարժեք հրավերում նշված տեխնիկական բնութագրին:

Պատասխան- Հիմք ընդունելով ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/95 ծածկագրով մրցույթին տրված տեխնիկական բնութագիրը և Ձեր առաջարկած տեխնիկական բնութագիրով կարող եք մասնակցել մրցույթին, քանի-որ այն էական տարբերություն չի տալիս:

Սեռոլոզիական բաժանմունքի ղեկավար՝ Գ. Ա. Գևորգյան

Գ. Ա. Գևորգյան



08.08.2019թ