

Արձանագրություն N 4

«ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

08.05.2020թ.

Ժամը՝ 16:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Բաբինյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Անտոնյանը, Տ. Սարգսյանը, Ա. Խառատյանը, Զ. Գեղեյանը

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Գ. Մուրադյանը

1. «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում
08.05.2020 թվականին ներկայացված հարցումների վերաբերյալ պարզաբանումներ
տրամադրելու վերաբերյալ

(Կ. Բաբինյան)

Պարզաբանման պահանջի տեքստեր.

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<< USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար >>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:

2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<< 340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)>>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով:

Բիոքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<<340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)>>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստեր.

Կոագուլոմետր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<< USB 2.0 պորտի առկայություն՝ տպիչ սարքին միանալու համար >>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը չի բացառում, որ.

1. Տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ:
 2. Կամ տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ և ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար:
- Պատասխան – գերադասելի է, որ եթե տպիչ միացնելու USB 2.0 պորտի փոխարեն սարքն ունենա ներդրված թերմոտպիչ, ապա առկա լինի նաև ստանդարտ զուգահեռ պորտ՝ սարքին տպիչ միացնելու համար**

Բիռքիմիական անալիզատոր

Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<< 340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)>>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով:

Պատասխան – հաստատում ենք, որ բնութագրի վերոնշյալ պահանջը ենթադրում է սարքի մատակարարման պահին 5 ֆիլտրերի առկայություն և չի բացառում, որ մատակարարման պահին արդեն ներդրված լինեն 6 կամ ավելի ֆիլտրեր, որոնք ապագայում հնարավոր կլինի փոխարինել այլ ֆիլտրերով և փոխարինումը կատարվի համապատասխան մասնագետի կողմից:

Բիռքիմիական անալիզատոր


Անալիզատորի բնութագրում պահանջվում է.

<<340, 405, 500, 546, 620 նմ + 2 հավելյալ ծրագրավորվող (450nm, 510 նմ, 595 նմ, 630 նմ)>>:

Խնդրում ենք հաստատել, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն:

Պատասխան – հաստատում ենք, որ նկատի եք ունեցել, որ սարքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ներդրված 5 ալիքների ֆիլտրեր և սարքի ֆիլտրերի կրիչը պետք է ունենա 2 հավելյալ ֆիլտրերի տեղադրման և ծրագրավորման հնարավորություն

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահող՝		Կ. Բաբինյան
Անդամներ՝		Գ. Անտոնյան
		Տ. Սարգսյան
		Ա. Խառատյան
		Ջ. Գեղեցյան
Քարտուղար՝		Գ. Մուրադյան