

Արձանագրություն N 6

Առողջապահության նախարարության 2019 թվականի կարիքների համար անհրաժեշտ գյուկոմետրի թեստ-երիզների ձեռքբերման նպատակով «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի արտահերթ նիստի

ք. Երևան

«10» «Մայիս» 2019թ.
Ժամը 11:00

Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ	Մ.Մխիթարյան
Հանձնաժողովի անդամներ	Մ.Հարությունյան
Հանձնաժողովի քարտուղար	Հ.Մնացականյան
Բացակայում էր	Ն.Թովմասյան

1. Տեխնիկական բնութագիրը շտկելու մասին

(Մ.Մխիթարյան)

Ի գիտություն ընդունել, որ «ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ին առաջարկվել էր շտկել բողոքը քննող անձի կողմից 2019 թվականի մայիսի 3-ին կայացված որոշման մեջ նշված անհամապատասխանությունը՝ տեխնիկական բնութագրի մասով:


«ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ը սահմանված վերջնաժամկետին ներկայացրել է նոր տեխնիկական բնութագիր, ինչպես նաև պարզաբանում (կցվում է), ըստ որի իր կողմից ներկայացված չափման միջակայքը համընկնում է հրավերով պահանջվող միջակայքին:

Որոշվեց. «ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական բնութագիրը գնահատվել է բավարար:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 2, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

 Մ.Մխիթարյան

Անդամներ՝

 Մ.Հարությունյան

Քարտուղար՝

 Հ. Մնացականյան

ԴԻՄՈՒՄ
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող
փաստաթղթերի ներկայացման

«ԱՍ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ -ն, որպես «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է նույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը, առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

«ԱՍ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Մ. Խուրշուդյան

Digitally signed by KHURSHUDYAN MUSHEGH 2909840182
Date: 2019.05.08 12:44:23 GMT+04:00

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ատաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՄ ՄԵՂԻՔԼԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, որպես «ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/4» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ անվանումը, ծագման երկիրը և տեխնիկական բնութագրերը.

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
1	Գլյուկոմետրի թեստ-երիզներ N50	Contour plus	ASCENSIA Diabetes Care	Ճապոնիա	Շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստերիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով, 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման ժամանակահատվածը 5վրկ: Չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում՝ 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի միջոցով: Համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Համապատասխանում է էվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին: Թեստ-երիզների մատակարարման հետ միաժամանակ, պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, մատակարարը կնվիրաբերի կամ անհատուց օգտագործման կհանձնի շաքարաչափ սարքեր (600 հատ):

«ԱՄ ՄԵՂԻՔԼԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

Մ. Խուրշուդյան

Կ. Տ